

Górzno, dnia 13.08.2010 rok

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Rehabilitacyjny MSWiA w Górznie

Górzno 63

64-120 Krzemieniewo

Do wszystkich Dostawców

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego wraz z montażem, instalacją, uruchomieniem oraz szkoleniem.

Wyjaśnienie treści SIWZ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rehabilitacyjny MSWiA w Górznie, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007r. nr 223 poz. 1655 ze zm.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego wraz z montażem, instalacją, uruchomieniem oraz szkoleniem.

Pytania dot. Pakietu nr 1: sprzęt medyczny – Aparat do EKG wraz z jednym stolikiem (1 komplet).

1. Czy Zamawiający wymaga aby aparat EKG, posiadał pamięć wewnętrzną 100 badań?
2. Czy Zamawiający wymaga aby aparat EKG posiadał kolorowy ekran dotykowy, który umożliwia podgląd 12 odprowadzeń na ekranie, dzięki któremu praca jest łatwiejsza?
3. Czy Zamawiający wymaga aby aparat EKG posiadał możliwość rozbudowy o pełną
4. Czy Zamawiający wymaga aby aparat EKG posiadał opcjonalną możliwość rozbudowy o pełną spirometrię (49 parametrów pirometrycznych)?
5. Czy Zamawiający wymaga aby aparat EKG posiadał możliwość bezpośredniego wydruku na drukarce laserowej?
6. Czy Zamawiający wymaga aby aparat EKG posiadał długi zapis EKG do wykrywania arytmii z dwóch odprowadzeń do 10 min?

7. Czy zamawiający wymaga aby aparat EKG posiadał filtr autoadaptacyjny, który automatycznie dobiera ustawienia filtrów : sieciowego mięśniowego oraz izolinii?
8. Czy Zamawiający wymaga aby aparat EKG miał możliwość wydruku w formacie w 3,4,6,12 odprowadzeń?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, aby aparat EKG spełniał dodatkowe parametry określone w w/w pytaniach. Parametry określone w Pakiecie nr 1: sprzęt medyczny – Aparat EKG wraz z jednym stolikiem (1 komplet) wskazane w SIWZ pozostają niezmienione.

Z poważaniem,

Magdalena Wilk

Dyrektor

.....

Zamawiający