

Górzno, dnia 13 sierpnia 2010 roku

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Szpital Rehabilitacyjny MSWiA w Górznie  
Górzno 63  
64-120 Krzemieniewo**

**Do wszystkich Dostawców**

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego wraz z montażem, instalacją, uruchomieniem oraz szkoleniem.

### **Wyjaśnienie treści SIWZ**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rehabilitacyjny MSWiA w Górznie, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego wraz z montażem, instalacją, uruchomieniem oraz szkoleniem.

**Pytanie 1:** dot. Pakietu nr 1: sprzęt medyczny – wózek do przewożenia chorych – kozetka – szt. 1.

„Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wózka do przewożenia chorych z regulacją wysokości leża od 62 cm do 84 cm?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuści wózka do przewożenia chorych z regulacją wysokości leża od 62 cm do 84 cm. Wszystkie cechy i parametry określone w Pakiecie nr 1: sprzęt medyczny dla wózka do przewożenia chorych (kozetka) wskazane w SIWZ pozostają niezmienione.

**Pytanie 2:** dot. Pakietu nr 1: sprzęt medyczny – wózek do przewożenia chorych – kozetka – szt. 1.

„Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wózka do przewożenia chorych z regulacją wysokości leża od 60 cm do 90 cm?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuści wózka do przewożenia chorych z regulacją wysokości leża od 60 cm do 90 cm. Wszystkie cechy i parametry określone w Pakiecie nr 1: sprzęt medyczny dla wózka do przewożenia chorych (kozetka) wskazane w SIWZ pozostają niezmienione.

Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia, Zamawiający stwierdza, iż Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

.....  
Zamawiający