

Górzno, dnia 18 sierpnia 2010 roku

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpital Rehabilitacyjny MSWiA w Górznie
Górzno 63
64-120 Krzemieniewo**

Do wszystkich Dostawców

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego wraz z montażem, instalacją, uruchomieniem oraz szkoleniem.

Wyjaśnienie treści SIWZ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rehabilitacyjny MSWiA w Górznie, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego wraz z montażem, instalacją, uruchomieniem oraz szkoleniem.

Pytanie 1 dot. Pakietu nr 1 pkt. 2: sprzęt medyczny – wózek do przewożenia chorych – kozetka – szt. 1.

„Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych o parametrach:
wymiary zewnętrzne 1965 x 690 mm,
regulacja wysokości 620 x 840 mm za pomocą mechanizmu śrubowego,
udźwig 140 kg.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści wózka do przewożenia chorych o parametrach wskazanych w w/w pytaniu. Cechy i parametry określone w Pakiecie nr 1: sprzęt medyczny dla wózka do przewożenia chorych (kozetka) wskazane w SIWZ pozostają niezmiennione.

Magdalena Wilk
Dyrektor

.....
Zamawiający