

## **SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

### **PAKIET nr 1: sprzęt medyczny**

#### **1. Aparat do EKG wraz z jezdny stolikiem – 1 komplet**

Cechy/parametry wymagane:

- a) aparat 3, 6 i 12 kanałowy,
- b) praca w trybie auto i manualnym,
- c) analiza i interpretacja zapisu,
- d) wyświetlacz graficzny, pozwalający na prezentację min. 6 kanałów,
- e) zasilanie sieciowe + akumulator bezobsługowy z wbudowaną ładowarką wewnątrz aparatu,
- f) cyfrowa filtracja zakłóceń,
- g) czułość 2,5/5/10/20 mm/mv,
- h) prędkość zapisu: 5/10/25/50 mm/s,
- i) klawiatura alfanumeryczna,
- j) stolik jezdny umożliwiający przetransportowanie aparatu na salę chorych,

#### **2. Wózek do przewożenia chorych – kozetka- szt. 1**

Cechy/parametry wymagane:

- a) długość całkowita do 220 cm,
- b) regulacja wysokości leża od 55 cm do 90 cm za pomocą np. nożnej pompy hydraulicznej, mechanizmu śrubowego,
- c) regulacja pochylenia pleców,
- d) rama wózka posiadająca krążki odbojowe,
- e) zdejmowany materac z uchwytami umożliwiający przeniesienie chorego,
- f) 4 koła z których min. 2 posiadają blokadę jezdną,
- g) 2 poręcze boczne chromowane,
- h) udźwig do 150 kg.

**PAKIET nr 2:**

**Urządzenie stochastyczne o dwóch niezależnych płytach do ćwiczeń równoważnych - szt. 1.**

Cechy/parametry wymagane:

1. Możliwość programowania czasu kuracji od 1 sek. – 120 min.
2. Możliwość planowania kuracji w zależności od schorzenia, poziom stymulacji 1-12 z regulacją intensywności poziomu co 0,1 stopnia.
3. Możliwość programowania intensywności zabiegu.
4. Produkt posiada 2 płyty pod stopy dł. 60 cm x 21,5 cm niezależnie od siebie pracujące w sposób stochastyczny:
  - nieprzewidywany,
  - zaskakujący.
5. Produkt bezpieczny i stabilny.
6. Waga całkowita ok. 120 kg.
7. Udźwig max. 150 kg