

Górzno, dnia 17 września 2010 roku

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpital Rehabilitacyjny MSWiA w Górznie
Górzno 63
64-120 Krzemieniewo**

Do wszystkich Dostawców

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego wraz z montażem, instalacją, uruchomieniem oraz szkoleniem.

Wyjaśnienie treści SIWZ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rehabilitacyjny MSWiA w Górznie, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego wraz z montażem, instalacją, uruchomieniem oraz szkoleniem.

Pytanie 1: wózek do przewożenia chorych – kozetka – szt. 1.

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych – kozetkę posiadający dwa koła o średnicy 520 mm i dwa koła o średnicy 200 mm?”

Odpowiedź:

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych – kozetkę posiadający dwa koła o średnicy 520 mm i dwa koła o średnicy 200 mm, pod warunkiem, że spełnia cechy i parametry określone wskazane w SIWZ.

Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia, Zamawiający stwierdza, iż Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmienną.

Magdalena Wilk
Dyrektor

.....
Zamawiający