

Górzno, dnia 27 sierpnia 2010 roku

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Szpital Rehabilitacyjny MSWiA w Górznie  
Górzno 63  
64-120 Krzemieniewo**

**Do wszystkich Dostawców**

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego wraz z montażem, instalacją, uruchomieniem oraz szkoleniem.

### **Wyjaśnienie treści SIWZ**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rehabilitacyjny MSWiA w Górznie, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego wraz z montażem, instalacją, uruchomieniem oraz szkoleniem – ogłoszenie nr 264560-2010 z dnia 25.08.2010r.

**Pytanie 1:** dot. Pakietu nr 1 Aparat do EKG z jezdny stolikiem – 1 komplet.

Czy Zamawiający pisząc „wyświetlacz graficzny, pozwalający na prezentację min. 6 kanałów” ma na myśli 6 kanałów równocześnie, czy prezentację po kolei kanał po kanale?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zarówno prezentację minimum 6 kanałów jednocześnie, jak i prezentację minimum 6 kanałów, jeden po drugim (kanał po kanale).

**Pytanie 2:** dot. Pakietu nr 1 Aparat do EKG z jezdny stolikiem – 1 komplet.

Czy Zamawiający dopuści Aparat EKG wyświetlający 1 kanał i pozwalający na prezentację 12 kanałów, kanał po kanale, spełniający pozostałe wymagania?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści aparat do EKG pozwalający na prezentację 12 kanałów, jeden po drugim (kanał po kanale), który spełnia pozostałe cechy i parametry określone w SIWZ.

Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia, Zamawiający stwierdza, iż Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmienną.

Magdalena Wilk  
Dyrektor

.....  
Zamawiający