

Górzno, dnia 30 sierpnia 2010 roku

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpital Rehabilitacyjny MSWiA w Górznie
Górzno 63
64-120 Krzemieniewo**

Do wszystkich Dostawców

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego wraz z montażem, instalacją, uruchomieniem oraz szkoleniem.

Wyjaśnienie treści SIWZ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rehabilitacyjny MSWiA w Górznie, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego wraz z montażem, instalacją, uruchomieniem oraz szkoleniem.

Pytanie 1: dot. pkt. 4 SIWZ

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu wykonania zamówienia do 30 dni licząc od daty podpisania umowy?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu wykonania zamówienia. Termin wykonania zamówienia określony w SIWZ pozostaje niezmienny.

Pytanie 2: dot. pkt. 4 SIWZ

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu wykonania zamówienia w zakresie pakietu nr 2: wózek do przewożenia chorych – kozetka do 30 dni licząc od daty podpisania umowy?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu wykonania zamówienia. Termin wykonania zamówienia określony w SIWZ pozostaje niezmienny.

Pytanie 3: dot. Pakietu nr 2: wózek do przewożenia chorych kozetka – kozetka – szt. 1.

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych – kozetkę nie wyposażony w zdejmowany materac z uchwytami umożliwiającymi podniesienie chorego?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści wózka do przewożenia chorych, który nie będzie wyposażony w zdejmowany materac z uchwytami umożliwiającymi przeniesienie chorego. Cechy i parametry określone w Pakiecie nr 2: wózek do przewożenia chorych (kozetka) wskazane w SIWZ pozostają niezmienione.

Pytanie 4: dot. Pakietu nr 2: wózek do przewożenia chorych kozetka – kozetka – szt. 1.

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych – kozetka z regulacją wysokości leża w zakresie 70-110 cm oraz wyposażony w odejmowane nosze z wypełnieniem z miękkiego materiału posiadające regulowane oparcie pleców?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści wózka do przewożenia chorych o parametrach wskazanych w w/w pytaniu. Cechy i parametry określone w Pakiecie nr 2: wózek do przewożenia chorych (kozetka) wskazane w SIWZ pozostają niezmienione.

Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia, Zamawiający stwierdza, iż Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

.....
Zamawiający