

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

PAKIET nr 1: Aparat do EKG wraz z jezdny stolikiem – 1 komplet

Cechy/parametry wymagane:

- a) aparat 3, 6 i 12 kanałowy,
- b) praca w trybie auto i manualnym,
- c) analiza i interpretacja zapisu,
- d) wyświetlacz graficzny, pozwalający na prezentację min. 6 kanałów,
- e) zasilanie sieciowe + akumulator bezobsługowy z wbudowaną ładowarką wewnątrz aparatu,
- f) cyfrowa filtracja zakłóceń,
- g) czułość 2,5/5/10/20 mm/mv,
- h) prędkość zapisu: 5/10/25/50 mm/s,
- i) klawiatura alfanumeryczna,
- j) stolik jezdny umożliwiający przetransportowanie aparatu na salę chorych,

PAKIET nr 2: Wózek do przewożenia chorych – kozetka- szt. 1

Cechy/parametry wymagane:

- a) długość całkowita min. 190 cm max 220 cm
- b) regulacja wysokości leża za pomocą np. nożnej pompy hydraulicznej, mechanizmu śrubowego, itd. :
 - dolna granica regulacji co najmniej do 65 cm,
 - górna granica regulacji co najmniej do 80 cm,
- c) regulacja pochylecia pleców,
- d) rama wózka posiadająca krążki odbojowe,
- e) zdejmowany materac z uchwytami umożliwiające przeniesienie chorego,
- f) 4 koła z których min. 2 posiadają blokadę jezdną,
- g) 2 poręcze boczne chromowane,
- h) udźwig min. 130 kg.