

Górzno, dnia 31 maja 2010 roku

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Szpital Rehabilitacyjny MSWiA w Górznie  
Górzno 63  
64-120 Krzemieniewo**

**Do wszystkich Dostawców**

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego wraz z montażem, instalacją, uruchomieniem oraz szkoleniem.

### **Wyjaśnienie treści SIWZ**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rehabilitacyjny MSWiA w Górznie, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007r. nr 223 poz. 1655 ze zm.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego wraz z montażem, instalacją, uruchomieniem oraz szkoleniem.

**Pytanie 1:** dot. Pakietu nr 1: sprzęt medyczny – wózek do przewożenia chorych – kozetka – szt. 1.

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych z regulacją wysokości za pomocą pompy hydraulicznej w zakresie od 400 do 820 mm?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie przewiduje zmian parametrów wózka do przewożenia chorych dot. regulacji wysokości leża. Parametry określone w Pakiecie nr 1: sprzęt medyczny dla wózka do przewożenia chorych wskazane w pkt. b) SIWZ pozostają niezmiennione.

**Pytanie 2:** dot. Pakietu nr 1: sprzęt medyczny – wózek do przewożenia chorych – kozetka – szt. 1.

„Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych ze zdejmowanym materacem, ale bez zdejmowanego leża?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuści wózka do przewożenia chorych ze zdejmowanym materacem, ale bez zdejmowanego leża. Cechy określone w Pakiecie nr 1: sprzęt medyczny dla wózka do przewożenia chorych wskazane w pkt. e) SIWZ pozostają niezmienione.

**Pytanie 3:** dot. Pakietu nr 1: sprzęt medyczny – wózek do przewożenia chorych – kozetka – szt. 1.

„Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych z udźwigiem do 120 kg?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuści wózka do przewożenia chorych z udźwigiem do 120 kg. Parametr określony w Pakiecie nr 1: sprzęt medyczny dla wózka do przewożenia chorych wskazany w pkt. h) SIWZ pozostaje niezmieniony.

Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia, Zamawiający stwierdza, iż Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

.....  
Zamawiający