

Górzno, dnia 31 maja 2010 roku

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Szpital Rehabilitacyjny MSWiA w Górznie  
Górzno 63  
64-120 Krzemieniewo**

**Do wszystkich Dostawców**

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego wraz z montażem, instalacją, uruchomieniem oraz szkoleniem.

### **Wyjaśnienie treści SIWZ**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rehabilitacyjny MSWiA w Górznie, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007r. nr 223 poz. 1655 ze zm.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego wraz z montażem, instalacją, uruchomieniem oraz szkoleniem.

Pytania dot. Pakietu nr 1: sprzęt medyczny – Aparat do EKG wraz z jednym stolikiem (1 komplet).

1. Czy Zamawiający wymaga aby aparat EKG, który posiada pamięć wewnętrzną 100 badań?
2. Czy Zamawiający wymaga, aby aparat EKG posiadał kolorowy ekran dotykowy, który umożliwia podgląd 12 odprowadzeń na ekranie?
3. Czy Zamawiający wymaga, aby aparat EKG posiadał opcjonalną możliwość rozbudowy o pełną spirometrię (49 parametrów spirometrycznych)?
4. Czy Zamawiający wymaga, aby aparat EKG posiadał możliwość bezpośredniego wydruku na drukarce laserowej?
5. Czy Zamawiający wymaga, aby aparat EKG posiadał długi zapis EKG do wykrywania – z dwóch odprowadzeń do 10 min.?
6. Czy Zamawiający wymaga, aby aparat EKG posiadał filtr autoadaptacyjny, który automatycznie dobiera ustawienia filtrów: sieciowego mięśniowego oraz izolacji?
7. Czy Zamawiający wymaga, aby aparat EKG posiadał możliwość wydruku w formacie 3, 4, 6, 12 odprowadzeń?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga, aby aparat EKG spełniał dodatkowe parametry określone w w/w pytaniach. Parametry określone w Pakiecie nr 1: sprzęt medyczny – Aparat EKG wraz z jednym stolikiem (1 komplet) wskazane w SIWZ pozostają niezmiennione.

Pytanie dot. Pakietu nr 3: Sprzęt do fizykoterapii punkt 2.

1. Czy Zamawiający wymaga aby aparat do fizykoterapii był wyposażony w oryginalny stolik producenta, który zapewnia stabilność i bezpieczeństwo aparatu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga, aby aparat do fizykoterapii był wyposażony w oryginalny stolik producenta. Cechy i parametry sprzętu do fizykoterapii określone w Pakiecie nr 3 pkt. 2 SIWZ pozostają niezmiennione.

Pytanie dot. Pakietu nr 3: Sprzęt do fizykoterapii punkt 2.

1. Czy Zamawiający dopuści aparat, który nie posiada programu IONO, ale posiada prąd galwaniczny wykorzystany do jonosfery?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści do przetargu sprzęt do fizykoterapii o cechach i parametrach określonych w Pakiecie nr 3 pkt. 2 SIWZ, który nie posiada programu IONO, ale posiada prąd galwaniczny wykorzystywany do jonosfery.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmienniona.

.....  
Zamawiający