

Górzno, dnia 01 czerwca 2010 roku

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpital Rehabilitacyjny MSWiA w Górznie
Górzno 63
64-120 Krzemieniewo**

Do wszystkich Dostawców

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego wraz z montażem, instalacją, uruchomieniem oraz szkoleniem.

Wyjaśnienie treści SIWZ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rehabilitacyjny MSWiA w Górznie, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007r. nr 223 poz. 1655 ze zm.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego wraz z montażem, instalacją, uruchomieniem oraz szkoleniem.

Pytania dot. Pakietu nr 3 – pkt. 1: Interdynamic.

1. Czy Zamawiający dopuszcza dwuobwodowy aparat do elektroterapii o następujących parametrach:
 - a) elektroterapia prądami – diadynamicznym, KOTZA, TENS, faradycznym, niskiej częstotliwości MUSCLE, prądy stosowane do jonoforezy IONO, dwubiegunowy premodulowany średniej częstotliwości, czteropolowy prąd średniej częstotliwości Nemeck'a, prądy stosowane w stymulacji urologicznej,
 - b) bank gotowych programów terapeutycznych,
 - c) możliwość wprowadzania własnych programów terapeutycznych,
 - d) możliwość tworzenia sekwencji – kilku zabiegów po sobie (np. DF, CP, LP),
 - e) kartoteka pacjenta zawierająca: dane osobowe, rodzaj schorzenia, skalę bólu, spis zabiegów wykonanych, możliwość przejścia do zabiegu z kartoteki pacjenta,
 - f) możliwość współpracy z aparatami do terapii ultradźwiękowej i podciśnieniowej,
 - g) mikroprocesorowe sterowanie aparatu,
 - h) zegar zabiegowy, regulacja natężenia prądu,
 - i) komplet akcesoriów (komplet przewodów, elektrody, pasy na rzep do mocowania elektrod, podkłady pod elektrody)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, aby Interdynamic spełniał dodatkowe cechy i parametry określone w w/w pytaniu. Cechy i parametry określone w Pakiecie nr 3: Sprzęt do fizykoterapii – pkt. 1: Interdynamic wskazane w SIWZ pozostają niezmienione.

Pytanie dot. Pakietu nr 4 – pkt. 5: Szyna do ćwiczeń biernych kończyny dolnej.

1. Czy Zamawiający dopuszcza szynę do ćwiczeń biernych kończyny dolnej z możliwością pracy w obrębie trzech stawów: stawu biodrowego, kolanowego i skokowego, jednakże z możliwością równoczesnej pracy tylko w obrębie dwóch stawów? Na rynku sprzętu rehabilitacyjnego nie jest dostępna szyna do ćwiczeń biernych z możliwością równoczesnej pracy w zakresie trzech stawów.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, aby szyna do ćwiczeń biernych kończyny dolnej z możliwością pracy w obrębie trzech stawów: stawu biodrowego, kolanowego i skokowego równocześnie pracowała w obrębie dwóch stawów.

Pytanie dot. Pakietu nr 4 – pkt. 5: Szyna do ćwiczeń biernych kończyny dolnej.

1. Czy Zamawiający dopuszcza szynę do ćwiczeń biernych kończyny dolnej z możliwością prowadzenia rehabilitacji u pacjentów o dł. kończyn do 100 cm co odpowiada pacjentom o wzroście do 200 cm? Na rynku nie są dostępne szyny do ćwiczeń biernych z możliwością prowadzenia rehabilitacji u pacjentów o dł. kończyn powyżej 100 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje zmian parametrów szyny do ćwiczeń biernych kończyny dolnej dot. długości kończyn pacjentów podlegających rehabilitacji. Parametry określone w Pakiecie nr 4 – pkt. 5: szyna do ćwiczeń biernych kończyny dolnej dot. możliwości prowadzenia rehabilitacji u pacjentów o dł. kończyn od 62 cm do 115 cm wskazane w SIWZ pozostają niezmienione.

Pytanie dot. Pakietu nr 4 – pkt. 6: Tor do nauki chodzenia w wersji składanej.

1. Czy Zamawiający dopuszcza tor do nauki chodzenia w wersji składanej o wymiarach:
 - długość – 3.000 mm,
 - szerokość – 950 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, aby tor do nauki chodzenia w wersji składanej miał następujące wymiary:

- długość – 3.000 mm,
- szerokość – od 750 mm do 950 mm.

Pytanie dot. Pakietu nr 4 – pkt. 7: Stół do rehabilitacji.

1. Czy Zamawiający dopuszcza stół rehabilitacyjny o wymiarach:
 - długość – 190 cm,

- szerokość – 66 cm?

Wysokość regulowana elektrycznie za pomocą pilota ręcznego w zakresie 44 – 101 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, aby stół do rehabilitacji miał następujące wymiary:

- długość minimalna – 190 cm,

- szerokość minimalna – 65 cm.

Zamawiający nie przewiduje zmian parametrów i cech stołu do rehabilitacji dot. ręcznej regulacji wysokości leżyska. Parametry i cechy określone w Pakiecie nr 4 – pkt. 7: stół do rehabilitacji dot. ręcznej regulacji wysokości leżyska wskazane w SIWZ pozostają niezmienione.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

.....
Zamawiający