

Górzno, dnia 07 czerwca 2010 roku

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpital Rehabilitacyjny MSWiA w Górznie
Górzno 63
64-120 Krzemieniewo**

Do wszystkich Dostawców

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego wraz z montażem, instalacją, uruchomieniem oraz szkoleniem.

Wyjaśnienie treści SIWZ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rehabilitacyjny MSWiA w Górznie, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007r. nr 223 poz. 1655 ze zm.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego wraz z montażem, instalacją, uruchomieniem oraz szkoleniem.

Pytanie dot. Pakietu nr 3 – pkt. 2: Aparat do elektroterapii dwuobwodowy – dwukanałowy elektrostymulator (szt. 1).

1. Czy Zamawiający dopuści w postępowaniu przetargowym aparat o zbliżonych funkcjach jak urządzenie opisane w specyfikacji, ale o parametrach, tj.: dwa niezależne kanały, pamięć zabiegowa: 64 programy standardowe i protokoły lecznicze, możliwość wprowadzenia 20 własnych programów zabiegowych, wybór pożądanego typu zabiegu z menu poprzez wybór z listy zabiegów terapeutycznych, z listy wskazań lub poprzez wybór konkretnego numeru programu, graficzne przedstawienie wykresów poszczególnych prądów, a w programach sekwencyjnych poszczególnych faz zabiegowych, automatyczne określenie reobazy, chronaksji, krzywej I/t oraz pomiar współczynnika akomodacji, posiadający następujące typy prądów::

- prąd prostokątny średniej częstotliwości,
- prąd impulsywny prostokątny,
- prąd impulsywny trójkątny,
- prąd impulsywny wg Traberta,
- prądy Diadynamiczne: LP, CP, MF, DF,
- konwencjonalny Tens, symetryczny,
- konwencjonalny Tens, asymetryczny,
- konwencjonalny Tens, przemiennie symetryczny,

- konwencjonalny Tens, przemiennie asymetryczny,
- Tens uderzeniowy,
- Tens uderzeniowy, przemienny,
- Tens modulowany,
- prąd niskiej częstotliwości, dwukier., symetr. (czas impulsu 10-650 us, częst. 1-150 Hz),
- interferencyjny tetrapolarny ze zmiennym wektorem,
- prąd dwubiegunowy średniej częstotliwości,
- prąd czterobiegunowy (4000 Hz),
- NMES – przebieg prostokątny,
- NMES – przebieg trójkątny,
- NMES – przebieg bifazowy,
- NMES – przebieg z przerwą między impulsami,
- NMES – 2-biegunowy modulowany przebieg średniej częstotliwości,
- prąd faradyczny,
- sekwencyjne przebiegi prądów,
- jonoforeza,
- re-edukacja mięśni dna miednicy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, aby Aparat do elektroterapii dwuobwodowy – dwukanałowy elektrostymulator (Firing EVO lub równoważny) spełniał dodatkowe cechy i parametry określone w w/w pytaniu. Cechy i parametry określone w Pakiecie nr 3 dot. Aparatu do elektroterapii dwuobwodowy – dwukanałowy elektrostymulator (Firing EVO lub równoważny) wskazane w SIWZ pozostają niezmienione.

Pytanie dot. Pakietu nr 4 – pkt. 1, pakt. b): Stół rehabilitacyjny do UGUL-a.

1. Czy Zamawiający dopuści w postępowaniu przetargowym stół dwuczęściowy, który posiada elektryczną regulację wysokości w zakresie min. od 45 cm do 95 cm za pomocą dolnej ramy dostępnej z każdej strony stołu o wymiarach min. 205 x 65 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, aby stół rehabilitacyjny do UGUL-a posiadał elektryczną zmianę wysokości leżyska w zakresie min. od 45 cm do min. 95 cm oraz:

- szerokość od 65 cm do 68 cm,
- długość od 190 cm do 205 cm.

Pozostałe cechy i parametry stołu rehabilitacyjnego do UGUL-a wskazane w SIWZ pozostają niezmienione.

Pytanie dot. Pakietu nr 4 – pkt. 2: Rower eliptyczny (szt. 2).

1. Czy Zamawiający nie popełnił błędu wyszczególniając w parametrach wymaganych – siodełko regulowane w dwóch zakresach (górze – dół, przód – tył)? Parametry w pakiecie nr 4 pkt. 2 lp. 2 wskazują na rower eliptyczny, który nie posiada w swoim wyposażeniu siodełka regulowanego. Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści rower eliptyczny bez regulowanego siodełka?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje zmian cech i parametrów roweru eliptycznego. Cechy i parametry roweru eliptycznego wskazane w SIWZ pozostają niezmiennione.

Pytanie dot. Pakietu nr 4 – pkt. 5: Szyna do ćwiczeń biernych kończyny dolnej (szt. 1).

1. Czy Zamawiający w postępowaniu przetargowym szynę, która pozwala na wykonywanie równocześnie ćwiczenia w zakresie stawu kolanowego oraz stawu biodrowego o długości kończyny min. od 71 do 99 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje zmian parametrów szyny do ćwiczeń biernych kończyny dolnej dot. długości kończyn pacjentów podlegających rehabilitacji. Parametry określone w Pakiecie nr 4 – pkt. 5: szyna do ćwiczeń biernych kończyny dolnej dot. możliwości prowadzenia rehabilitacji u pacjentów o dł. kończyn od 62 cm do 115 cm wskazane w SIWZ pozostają niezmiennione.

Pytanie dot. Pakietu nr 4 – pkt. 6: Tor do nauki chodzenia w wersji składanej (szt. 1).

1. Czy Zamawiający dopuści w postępowaniu przetargowym tor do nauki chodu, który posiada regulację wysokości poręczy od 630 do 1150 mm oraz rozstawu poręczy od 350 do 750 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje zmian parametrów dot. wysokości i rozstawu poręczy toru do nauki chodzenia w wersji składanej. Parametry określone w Pakiecie nr 4 – pkt. 6: tor do nauki chodzenia w wersji składanej dot. wysokości i rozstawu poręczy wskazane w SIWZ pozostają niezmiennione.

Pytanie dot. Pakietu nr 4 – pkt. 7: Stół do rehabilitacji (szt. 1).

1. Czy Zamawiający dopuści w postępowaniu przetargowym stół rehabilitacyjny o wymiarach min. 205 cm x 70 cm, regulacji wysokości min. od 55 do 90 cm oraz regulacji zagłówek min. Od – 60° do + 60°?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje zmian cech i parametrów stołu do rehabilitacji. Cechy i parametry stołu do rehabilitacji wskazane w SIWZ pozostają niezmiennione.

Pytanie dot. Pakietu nr 4 – pkt. 8: Leżanka drewniana tapicerowana do fizykoterapii (szt. 2).

1. Czy Zamawiający dopuści w postępowaniu przetargowym leżankę drewnianą o wymiarach min. 1894 x 640 mm, w której długość nie wpływa na stabilność konstrukcji podczas pracy z pacjentem?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, aby leżanka drewniana tapicerowana do fizykoterapii miała następujące wymiary:

- długość minimalna – 1850 mm,
- szerokość minimalna – 640 mm.

Pozostałe cechy i parametry leżanki drewnianej tapicerowanej do fizykoterapii wskazane w SIWZ pozostają niezmienione.

Pytanie dot. Pakietu nr 4 – pkt. 9: Maty rehabilitacyjne (szt. 6).

1. Czy Zamawiający dopuści w postępowaniu przetargowym matę rehabilitacyjną o wymiarach min. 185 x 60 x 1,5 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje zmian cech i parametrów mat rehabilitacyjnych. Cechy i parametry mat rehabilitacyjnych wskazane w SIWZ pozostają niezmienione.

Pytanie dot. Pakietu nr 4 – pkt. 10: Trener równowagi (szt. 8).

1. Czy Zamawiający dopuści w postępowaniu przetargowym trener równowagi inaczej zwany poduszką sensomotoryczną o średnicy 33 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje zmian cech i parametrów trener równowagi. Cechy i parametry trener równowagi wskazane w SIWZ pozostają niezmienione.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

.....
Zamawiający