

Górzno, dnia 08 lipca 2011 r.

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Szpital Rehabilitacyjny MSWiA w Górznie  
Górzno 63  
64-120 Krzemieniewo**

**Do Wszystkich Wykonawców**

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę mebli medycznych do siedziby Zamawiającego wraz z ich montażem – nr ogłoszenia 184533-2011 z dnia 05 lipca 2011 r.

### **Wyjaśnienie nr 5 treści SIWZ**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rehabilitacyjny MSWiA w Górznie, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 114, poz. 759 ze zm.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 29 czerwca 2011 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mebli medycznych do siedziby Zamawiającego wraz z ich montażem.

#### **Pytanie dot. treści SIWZ:**

1. „Czy Zamawiający zgodzi się na zmniejszenie kar umownych w przypadku opóźnień w dostawie z 10% wartości brutto za każdy dzień zwłoki na 0,5% lub inną niższą stawkę zaproponowaną przez Zamawiającego? Proponowane kary umowne są wysokie, zwłaszcza biorąc pod uwagę krótki termin realizacji zamówienia”.

#### Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie zgadza się na zmniejszenie kar umownych w przypadku opóźnień w dostawie z 10% wartości brutto za każdy dzień zwłoki na 0,5%. Nie obniża też kary umownej z 10% na niższą.

**Pytania dot. przedmiotu zamówienia: „Łóżko szpitalne elektryczne z regulacją wysokości, szt. 5”.**

**Pytanie 1)** „Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne o długości całkowitej wynoszącej 215cm? Podany parametr minimalnie różni się od wymaganego i w żaden sposób nie obniża możliwości użytkowych łóżka.”

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuści łóżka szpitalnego o długości całkowitej wynoszącej 215cm. Cechy i parametry określone w SIWZ pozostają nie zmienione.

**Pytanie 2)** „Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne, w którym regulacja segmentu podudzia, pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga regulowana jest elektrycznie przy pomocy centralnego panelu sterowania oraz przewodowego pilota? Przyjęte rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego i doskonale sprawdza się w praktycznym zastosowaniu, gdyż zdecydowanie ułatwia zarówno pracę personelu medycznego jak i podnosi komfort pacjenta.”

**Odpowiedź:**

Tak - Zamawiający dopuści łóżko szpitalne, w którym regulacja segmentu podudzia, pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga regulowana jest elektrycznie przy pomocy centralnego panelu sterowania oraz przewodowego pilota.

**Pytanie 3)** „Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko bez dodatkowej listwy ochronnej na całej długości ramy leża? Brak wskazanego parametru nie obniża możliwości użytkowych łóżka, przeciwnie 4 krążki odbojowe zamontowane na wszystkich jego rogach w pełni realizują wymaganą funkcję ochronną zarówno podczas uzyskiwania pozycji antyszokowej jak i transportu pacjenta.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuści łóżka bez dodatkowej listwy ochronnej na całej długości ramy leża. Cechy i parametry określone w SIWZ pozostają nie zmienione.

**Pytanie 4)** „Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wyposażone w ruchome bariery boczne podwójnie dzielone, wykonane z wysokiej jakości tworzywa ABS, zabezpieczające leże na całej jego długości i poruszające się razem z leżem? Oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego i doskonale sprawdza się w praktycznym zastosowaniu.”

**Odpowiedź:**

Tak - Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w ruchome barierki boczne podwójnie dzielone, wykonane z wysokiej jakości tworzywa ABS, zabezpieczające leże na całej jego długości i poruszające się razem z leżem.

**Pytanie 5)** „Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wyposażone w opuszczane barierki boczne wykonane z trzech metalowych, poziomych poprzeczek malowanych proszkowo? Oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego i doskonale sprawdza się w praktycznym zastosowaniu”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuści łóżka wyposażonego w opuszczane barierki boczne wykonane z trzech metalowych, poziomych poprzeczek malowanych proszkowo. Cechy i parametry określone w SIWZ pozostają nie zmienione.

**Pytanie 6)** „Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wyposażone w 4 koła o średnicy 150mm? Podany parametr jest korzystniejszy od wymaganego i jednocześnie optymalny dla łóżek szpitalnych, między innymi zapewniając pełną swobodę ich przemieszczania.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuści łóżka wyposażonego w 4 koła o średnicy 150mm. Cechy i parametry określone w SIWZ pozostają nie zmienione.

**Pytanie 7)** „Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, którego odejmowane szczyty wykonane są w wysokiej jakości tworzywa ABS z wypełnieniami w czterech kolorach do wyboru przez Zamawiającego: baltic, jade, melone, titan? Proponowane rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego, gdyż pozwala na dopasowanie łóżka do kolorystyki sal oddziałowych na które będzie przeznaczone.”

**Odpowiedź:**

Tak - Zamawiający dopuści łóżko, którego odejmowane szczyty wykonane są w wysokiej jakości tworzywa ABS z wypełnieniami w czterech kolorach do wyboru przez Zamawiającego: baltic, jade, melone, titan.

**Pytanie 8)** „Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne bez wyposażenia w optyczny wskaźnik kąta nachylenia leża? Wskazany parametr nie jest konieczny dla właściwego użytkowania łóżka, a jego brak nie obniża jego możliwości funkcjonalnych.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuści łóżka szpitalnego bez wyposażenia w optyczny wskaźnik kąta nachylenia leża. Cechy i parametry określone w SIWZ pozostają nie zmienione.

**Pytanie 9)** „Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne bez wysuwanej półki do odkładania pościeli? Wskazany parametr nie jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania łóżka.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuści łóżka szpitalnego bez wysuwanej półki do odkładania pościeli. Cechy i parametry określone w SIWZ pozostają nie zmienione.

**Pytanie 10)** „Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z rozkładaną półką na pościel zamiast wysuwanej? Oferowane rozwiązanie w zakresie funkcjonalnym jest tożsame z wymaganym przez Zamawiającego i doskonale sprawdza na oddziałach szpitalnych.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuści łóżka szpitalnego z rozkładaną półką na pościel zamiast wysuwanej. Cechy i parametry określone w SIWZ pozostają nie zmienione.

**Pytania dot. przedmiotu zamówienia: łóżko szpitalne z hydrauliczną regulacją wysokości – 15 szt.**

**Pytanie 1)** „Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne o długości całkowitej wynoszącej 219cm? Podany parametr minimalnie różni się od wymaganego i w żaden sposób nie obniża możliwości użytkowych łóżka, przeciwnie podnosi komfort pacjentów o wyższym wzroście.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuści łóżka szpitalnego o długości całkowitej wynoszącej 219cm. Cechy i parametry określone w SIWZ pozostają nie zmienione.

**Pytanie 2)** „Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne bez funkcji autoregresji i autokonturu? Wskazany parametr nie jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania łóżka i w żaden sposób nie ogranicza jego możliwości użytkowych.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuści łóżka szpitalnego bez funkcji autoregresji i autokonturu. Cechy i parametry określone w SIWZ pozostają nie zmienione.

**Pytanie 3)** „Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko bez dodatkowej listwy odbojowej na całej długości ramy leża? Brak wskazanego parametru nie obniża możliwości użytkowych łóżka, przeciwnie 4 krążki odbojowe zamontowane na wszystkich jego rogach w pełni realizują wymaganą funkcję ochronną zarówno podczas uzyskiwania określonych pozycji jak i transportu pacjenta.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuści łóżka bez dodatkowej listwy odbojowej na całej długości ramy leża. Cechy i parametry określone w SIWZ pozostają nie zmienione.

**Pytanie 4)** „Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wyposażone w ruchome bariereki boczne podwójnie dzielone, wykonane z wysokiej jakości tworzywa ABS, zabezpieczające leże na całej jego długości, poruszające się razem z nim? Oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego i doskonale sprawdza się w praktycznym zastosowaniu.”

**Odpowiedź:**

TAK - Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w ruchome bariereki boczne podwójnie dzielone, wykonane z wysokiej jakości tworzywa ABS, zabezpieczające leże na całej jego długości, poruszające się razem z nim.

**Pytanie 5)** „Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wyposażone w opuszczane bariereki boczne wykonane z trzech metalowych, poziomych poprzeczek malowanych proszkowo? Oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego i doskonale sprawdza się w praktycznym zastosowaniu.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuści łóżka wyposażonego w opuszczane barierki boczne wykonane z trzech metalowych, poziomych poprzeczek malowanych proszkowo. Cechy i parametry określone w SIWZ pozostają nie zmienione.

**Pytanie 6)** „Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wyposażone w 4 koła o średnicy 150mm? Podany parametr jest korzystniejszy od wymaganego i jednocześnie optymalny dla łóżek szpitalnych, między innymi zapewniając pełną swobodę ich przemieszczania.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuści łóżka wyposażonego w 4 koła o średnicy 150mm. Cechy i parametry określone w SIWZ pozostają nie zmienione.

**Pytanie 7)** „Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne bez wyposażenia w optyczny wskaźnik kąta nachylenia leża? Wskazany parametr nie jest konieczny dla właściwego użytkowania łóżka, a jego brak nie obniża jego możliwości funkcjonalnych.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuści łóżka szpitalnego bez wyposażenia w optyczny wskaźnik kąta nachylenia leża. Cechy i parametry określone w SIWZ pozostają nie zmienione.

**Pytanie 8)** „Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne bez wysuwanej półki na pościel? Brak wskazanego parametru nie wpływa na funkcjonalność łóżka.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuści łóżka szpitalnego bez wysuwanej półki na pościel. Cechy i parametry określone w SIWZ pozostają nie zmienione.

**Pytanie 9)** „Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z rozkładaną półką na pościel zamiast wysuwanej? Oferowane rozwiązanie w zakresie funkcjonalnym jest tożsame z wymaganym przez Zamawiającego i doskonale sprawdza na oddziałach szpitalnych.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuści łóżka szpitalnego z rozkładaną półką na pościel zamiast wysuwanej. Cechy i parametry określone w SIWZ pozostają nie zmienione.

**Pytania dot. przedmiotu zamówienia: szafki przyłóżkowe z blatem bocznym – ilość 5 szt.**

**Pytanie 1)** „Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki przyłóżkowe, których szkielet wykonany jest ze stali nierdzewnej kwasoodpornej lub zwykłej pokrytej powłoką niklowo-chromową i osadzonej na podstawie z płyty MDF lakierowanej, blat szafki oraz blat roboczy i czoła szuflad wykonane są również z płyty meblowej? Przyjęte rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego i podnosi wartość zarówno estetyczną jak i funkcjonalną szafek.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuści szafki przyłóżkowej, której szkielet wykonany jest ze stali nierdzewnej kwasoodpornej lub zwykłej pokrytej powłoką niklowo-chromową i osadzonej na podstawie z płyty MDF lakierowanej, blat szafki oraz blat roboczy i czoła szuflad wykonane są również z płyty meblowej. Cechy i parametry określone w SIWZ pozostają nie zmienione.

**Pytanie 2)** „Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki przyłóżkowe z uchylnym blatem bocznym bez możliwości regulacji jego wysokości i kąta pochylenia? Wskazany parametr nieznacznie różni się od wymaganego, w zakresie funkcjonalnym jest jednak optymalny i doskonale sprawdza się w praktycznym zastosowaniu.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuści szafki przyłóżkowej z uchylnym blatem bocznym bez możliwości regulacji jego wysokości i kąta pochylenia. Cechy i parametry określone w SIWZ pozostają nie zmienione.

**Pytanie 3)** „Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki przyłóżkowe o szerokości 420mm? Podany parametr nieznacznie odbiega od wymaganego i nie powoduje obniżenia właściwości użytkowych szafek.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuści szafki przyłóżkowej o szerokości 420mm. Cechy i parametry określone w SIWZ pozostają nie zmienione.

**Pytanie 4)** „Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki przyłóżkowe z jednostronnie otwieranymi drzwiczkami i wysuwaną szufladą? Przyjęte rozwiązanie jest optymalne dla szafek przyłóżkowych i doskonale sprawdza się w praktycznym zastosowaniu.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuści szafki przyłóżkowej z jednostronnie otwieranymi drzwiczkami i wysuwaną szufladą. Cechy i parametry określone w SIWZ pozostają nie zmienione.

**Pytanie 5)** „Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki przyłóżkowe z drzwiczkami i szufladami wykonanymi z płyty meblowej MDF, których czoła lakierowane są w dostępnych kolorach do wyboru przez Zamawiającego innych niż bukowy? Brak wskazanego parametru w żaden sposób nie wpływa na funkcjonalność szafek i nie obniża ich możliwości użytkowych.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuści szafki przyłóżkowej z drzwiczkami i szufladami wykonanymi z płyty meblowej MDF, których czoła lakierowane są w dostępnych kolorach innych niż bukowy. Cechy i parametry określone w SIWZ pozostają nie zmienione.

**Pytania dot. przedmiotu zamówienia: szafki przyłóżkowe bez blatu bocznego – ilość 25 szt.**

**Pytanie 1)** „Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki przyłóżkowe, których szkielet wykonany jest ze stali nierdzewnej kwasoodpornej lub zwykłej pokrytej powłoką niklowo-chromową i osadzonej na podstawie z płyty MDF lakierowanej, blat szafki oraz blat roboczy i czoła szuflad wykonane są również z płyty meblowej? Przyjęte rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego i podnosi wartość zarówno estetyczną jak i funkcjonalną szafek.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuści szafki przyłóżkowej, której szkielet wykonany jest ze stali nierdzewnej kwasoodpornej lub zwykłej pokrytej powłoką niklowo-chromową i osadzonej na podstawie z płyty MDF lakierowanej, blat szafki oraz blat roboczy i czoła szuflad wykonane z płyty meblowej. Cechy i parametry określone w SIWZ pozostają nie zmienione.



**Pytanie 2)** „Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki przyłóżkowej o szerokości 420mm? Podany parametr nieznacznie odbiega od wymaganego i nie powoduje obniżenia właściwości użytkowych szafek.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuści szafki przyłóżkowej o szerokości 420mm. Cechy i parametry określone w SIWZ pozostają nie zmienione.

**Pytanie 3)** „Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki przyłóżkowej z jednostronnie otwieranymi drzwiczkami i wysuwaną szufladą? Przyjęte rozwiązanie jest optymalne dla szafek przyłóżkowych i doskonale sprawdza się w praktycznym zastosowaniu.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuści szafki przyłóżkowej z jednostronnie otwieranymi drzwiczkami i wysuwaną szufladą. Cechy i parametry określone w SIWZ pozostają nie zmienione.

**Pytanie 4)** „Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki przyłóżkowej z drzwiczkami i szufladami wykonanymi z płyty meblowej MDF, których czoła lakierowane są w dostępnych kolorach do wyboru przez Zamawiającego innych niż bukowy? Brak wskazanego parametru w żaden sposób nie wpływa na funkcjonalność szafek i nie obniża ich możliwości użytkowych.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuści szafki przyłóżkowej z drzwiczkami i szufladami wykonanymi z płyty meblowej MDF, których czoła lakierowane są w dostępnych kolorach do wyboru przez Zamawiającego w innym niż bukowy. Cechy i parametry określone w SIWZ pozostają nie zmienione.

Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia, Zamawiający stwierdza, iż Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmienną.

Z poważaniem,

***mgr Maria Klimasz***  
Główny księgowy  
Zamawiający