

W Y K A Z

asortymentowo – cenowy mebli medycznych

1. Łóżko szpitalne z elektryczną regulacją wysokości – ilość: 5 szt.

Producent:

Kraj pochodzenia

Oferowany model

Rok produkcji

LP	OPIS	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	PARAMETRY OFEROWANE
1	Łóżko wykonane z kształowników stalowych o wymiarach 4x3 cm (+ 10 mm)	TAK	
2	Szerokość całkowita 950 mm (+/- 20 mm)	TAK podać	
3	Długość całkowita: 2100 mm(+/- 20 mm)	TAK podać	
4	Elektryczna regulacja wysokości w zakresie od 410 do 820 mm (+/- 20 mm)	TAK podać	
5	Zasilanie elektryczne 220-240 V.	TAK	
6	Regulacja pozycji łóżka : segmentu oparcia pleców min od 0 ⁰ - 70 ⁰ i segmentu uda min od 0 ⁰ do 40 ⁰ - realizowane za pomocą silownika elektrycznego poz. Trendelenburga min 12 ⁰ i poz. Anty – Trendelenburga min. 15 ⁰ – ręcznie za pomocą sprężyn gazowych Regulacja segmentu podudzia – ręczna mechanizmem zapadkowym	TAK podać	
7	Równoczesna regulacja segmentu oparcia pleców i uda (funkcja autokonturu)	TAK	
8	Funkcja Autoregresji oparcia pleców wynosząca min 80 mm	TAK	
9	Minimalne obciążenie łóżka 170 kg	TAK podać	
10	Możliwość montażu na ramie leża podwójnej ramy wyciągowej	TAK	
11	Ochrona przed uderzeniami: 4 dwuosiowe krążki odbojowe w narożnikach ramy leża chroniące łóżko oraz ściany podczas ruchu w płaszczyźnie horyzontalnej i wertykalnej , oraz listwy odbojowe na całej długości ramy leża	TAK	
12	Sterowanie łóżkiem realizowane za pomocą pilota przewodowego, czytelnego i wygodny w	TAK	

	obsłudze dla pacjenta z możliwością blokady poszczególnych funkcji elektrycznych łóżka przez personel medyczny.		
13	Osłona tworzywowa podwozia	TAK	
14	Barierki boczne mocowane i odejmowane do ramy leża bez użycia narzędzi-wykonane z poziomej poprzeczki podparte min. 5 wspornikami z mechanizmem zwalniającym umieszczonym w jednym z nich	TAK	
15	4 koła jezdne o średnicy 125 mm zaopatrzone w hamulec centralny.	TAK podać	
16	Funkcja jazdy na wprost i łatwego manewrowania	TAK	
17	Leże czterosegmentowe wypełnione stalową siatką przymocowaną na stałe	TAK	
18	Łatwo odejmowane przy reanimacji szczyty. Ramy szczytów głowy i nóg wykonane z chromowanych rur stalowych, wypełnione płytą dekoracyjną dwustronnie laminowaną odporną na wilgoć oraz promieniowanie UV	TAK	
19	Łóżko wyposażone w optyczny wskaźnik kąta nachylenia leża (poziomice)	TAK	
20	Łóżko wyposażone w wysuwaną za pomocą przewodnic kulkowych półkę do odkładania pościeli	TAK	
21	Elementy wyposażenia łóżka: a) materac w tkaninie nieprzemakalnej, paroprzepuszczalnej – 5 szt. b) barierki boczne składane – prawa 5 szt. i lewa – 5 szt. c) wysięgnik z uchwytem ręki posiadający mechanizm regulacji długości paska – 5 szt. d) uchwyt uniwersalny – 5 szt.	TAK	
22	Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne.	TAK	
23	Atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności.	TAK załączyć kserokopie	

Wszystkie parametry wymienione w pkt 1-23 są warunkami granicznymi. Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym zestawieniu.

Do oferty należy załączyć firmowe materiały informacyjne, zawierające dane techniczne, w których powinny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań

parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Do oferty należy załączyć firmowe materiały informacyjne.

Cena za 5 łóżek szpitalnych z elektryczną regulacją wysokości z uwzględnieniem elementów wyposażenia łóżka o których mowa w pkt. 21 powyższej tabeli:

netto:

podatek VAT (stawka) tj.

brutto:

słownie brutto:

Informacja dodatkowa:

Okres gwarancji: min. 36 miesięcy lub więcej

Załączniki:

1. Certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności.
2. Firmowe materiały informacyjne zawierające dane techniczne zaoferowanego asortymentu (folder/ katalog).

data:

.....
imię i nazwisko
podpis i pieczęć osoby/ osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

2. Łóżko szpitalne z hydrauliczną regulacją wysokości – ilość: 15 szt.

Producent:

Kraj pochodzenia

Oferowany model

Rok produkcji

LP	OPIS	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	PARAMETRY OFEROWANE
1	Łóżko wykonane z kształtowników stalowych o wymiarach 4x3 cm (+10mm)	TAK	
2	Szerokość całkowita 950 mm (+/- 20 mm)	TAK podać	
3	Długość całkowita: 2100 mm(+/- 20 mm)	TAK podać	
4	Regulacja wysokości dokonywana za pomocą nożnej pompy hydraulicznej w zakresie od 410 do 820 mm (+/- 20 mm)	TAK podać	
5	Regulacja pozycji łóżka : segmentu oparcia pleców min od 0 ⁰ - 70 ⁰ i segmentu uda min od 0 ⁰ do 40 ⁰ poz. Trendelburga min 12 ⁰ i poz. Anty – Trendelburga min. 15 ⁰ – ręcznie za pomocą sprężyn gazowych Regulacja segmentu podudzia – ręczna mechanizmem zapadkowym	TAK podać	
6	Równoczesna regulacja segmentu oparcia pleców i uda (funkcja autokonturu)	TAK	
7	Funkcja Autoregresji oparcia pleców wynosząca min 60 mm	TAK	
8	Minimalne obciążenie łóżka 170 kg	TAK podać	
9	Możliwość montażu na ramie leża podwójnej ramy wyciągowej	TAK	
10	Ochrona przed uderzeniami: 4 dwuosiowe krążki odbojowe w narożnikach ramy leża chroniące łóżko oraz ściany podczas ruchu w płaszczyźnie horyzontalnej i wertykalnej , oraz listwy odbojowe na całej długości ramy leża	TAK	
11	Osłona tworzywowa podwozia	TAK	
12	Barierki boczne odejmowane bez użycia narzędzi-mocowane do ramy leża -składane wzdłużnie na ramę leża wykonane z poziomej poprzeczki podparte min. 5 wspornikami z mechanizmem zwalniającym umieszczonym w jednym z nich	TAK	
13	4 koła jezdne o średnicy 125 mm zaopatrzone w hamulec centralny.	TAK podać	
14	Funkcja jazdy na wprost i łatwego manewrowania	TAK	
15	Leże czterosegmentowe wypełnione stalową siatką przymocowaną na stałe	TAK	

16	Łatwo odejmowane przy reanimacji szczyty. Ramy szczytów głowy i nóg wykonane z chromowanych rur stalowych, wypełnione płytą dekoracyjną dwustronnie laminowaną odporną na wilgoć oraz promieniowanie UV	TAK	
17	Łóżko wyposażone w optyczny wskaźnik kąta nachylenia leża (poziomicę)	TAK	
18	Łóżko wyposażone w wysuwaną za pomocą prowadnic kulkowych półkę do odkładania pościeli	TAK	
19	Elementy wyposażenia łóżka: a) materac w tkaninie nieprzemakalnej, paroprzepuszczalnej – 15 szt. b) barierki boczne składane – 5 szt. prawa i 5 szt. lewa c) uchwyt uniwersalny – 5 szt. d) wysięgnik z uchwytem do ręki 5 szt.	TAK	
20	Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne.	TAK	
21	Atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności.	TAK załączyć kserokopie	

Wszystkie parametry wymienione w pkt 1-21 są warunkami granicznymi. Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym zestawieniu.

Do oferty należy załączyć firmowe materiały informacyjne, zawierające dane techniczne, w których powinny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Do oferty należy załączyć firmowe materiały informacyjne.

Cena za 15 łóżek szpitalnych z hydrauliczną regulacją wysokości z uwzględnieniem elementów wyposażenia łóżka o których mowa w pkt. 19 powyższej tabeli:

netto:

podatek VAT (stawka) tj.

brutto:

słownie brutto:

Informacja dodatkowa:

Okres gwarancji: min. 36 miesięcy lub więcej

Załączniki:

1. Certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności
2. Firmowe materiały informacyjne zawierające dane techniczne zaoferowanego asortymentu (folder/ katalog).

data:

.....
imię i nazwisko

3. Szafka przyłóżkowa: ilość ogółem 30 szt., w tym:

- 5 szt. z blatem bocznym,
- 25 szt. bez blatu bocznego.

UWAGA!

Zamawiający wymaga, aby szafki przyłóżkowe z blatem bocznym jak i bez blatu bocznego były z tej samej serii (tj. tej samej konstrukcji) i w tej samej kolorystyce.

a) szafka przyłóżkowa z blatem bocznym – ilość: 5 szt.

LP	OPIS	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	PARAMETRY OFEROWANE
1	Szkielet szafki wykonany z płyty meblowej, wykończony okleiną PCV odporną na środki chemiczne powszechnie stosowane w szpitalu i promieniowanie UV	TAK	
2	Wymiary zewnętrzne szafki: <ul style="list-style-type: none">• Wysokość- 86 cm, +/-3 cm• Szerokość- 52cm, +/-3cm• Głębokość-43cm, +/-3cm	TAK	
3	Blat górny i boczny szafki wykonany z płyty dwustronnie laminowanej typu Unilam odpornej na wilgoć i temperaturę w kolorze szafki	TAK	
4	Blat boczny szafki wspomagany sprężyną gazową z możliwością regulacji wysokości i kąta pochyleń, składana do boku szafki.	TAK	
5	Drzwiczki oraz szuflada szafki otwierane dwustronnie umożliwiające ustawienie z prawej lub lewej strony łóżka	TAK	
6	4 podwójne koła jezdne w tym 2 z blokadą, z elastycznym, tworzywowym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem.	TAK	
7	Szafka przystosowana do mycia i dezynfekcji	TAK	
8	Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego	TAK	
9	Gwarancja 12 miesięcy	TAK	
10	Kolor drzwiczek oraz czoła szuflad w kolorze bukowym	TAK	
11	Regulacja wysokości blatu bocznego wspomagana sprężyną gazową	TAK	
12	Certyfikaty, atesty, deklaracje	TAK	

	zgodności.	załączyć kserokopie	
--	------------	------------------------	--

Wszystkie parametry wymienione w pkt 1-12 są warunkami granicznymi. Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym zestawieniu.

Do oferty należy załączyć firmowe materiały informacyjne, zawierające dane techniczne, w których powinny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Do oferty należy załączyć firmowe materiały informacyjne.

Cena za 5 szafek przyłóżkowych z blatem:

netto:

podatek VAT (stawka) tj.

brutto:

słownie brutto:

Informacja dodatkowa:

Okres gwarancji: min. 36 miesięcy lub więcej

Załączniki:

1. Certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności
2. Firmowe materiały informacyjne zawierające dane techniczne zaoferowanego asortymentu (folder/ katalog).

data:

.....
imię i nazwisko
podpis i pieczęć osoby/ osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

b) szafka przyłóżkowa bez blatu bocznego – ilość 25 szt.

LP	OPIS	WYMAGANE	PARAMETRY
----	------	----------	-----------

		PARAMETRY I WARUNKI	OFEROWANE
1	Szkielet szafki wykonany z płyty meblowej, wykończony okleiną PCV odporną na środki chemiczne powszechnie stosowane w szpitalu i promieniowanie UV	TAK	
2	Wymiary zewnętrzne szafki: <ul style="list-style-type: none"> • Wysokość- 86 cm, +/-3 cm • Szerokość- 52cm, +/-3cm • Głębokość-43cm, +/-3cm 	TAK	
3	Blat górny wykonany z płyty dwustronnie laminowanej odpornej na wilgoć i temperaturę w kolorze szafki	TAK	
4	Drzwiczki oraz szuflada szafki otwierane dwustronnie umożliwiające ustawienie z prawej lub lewej strony łóżka	TAK	
5	4 podwójne koła jezdne w tym 2 z blokadą, z elastycznym, tworzywowym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem.	TAK	
6	Szafka przystosowana do mycia i dezynfekcji	TAK	
7	Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego	TAK	
8	Kolor drzwiczek oraz czoła szuflad w kolorze bukowym	TAK	
9	Atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności	TAK załączyć kserokopie	

Wszystkie parametry wymienione w pkt 1-10 są warunkami granicznymi. Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym zestawieniu.

Do oferty należy załączyć firmowe materiały informacyjne, zawierające dane techniczne, w których powinny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Cena za 25 szafek przyłóżkowych bez blatu bocznego:

netto:

podatek VAT (stawka) tj.

brutto:

słownie brutto:

Informacja dodatkowa:

Okres gwarancji: min. 36 miesięcy lub więcej

Załączniki:

1. Certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności
2. Firmowe materiały informacyjne zawierające dane techniczne zaoferowanego asortymentu (folder/ katalog).

data:

.....
imię i nazwisko
podpis i pieczęć osoby/ osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy