

Górzno, dnia 10.09.2013 r.

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
Centrum Rehabilitacji w Górznie
Górzno 63
64-120 Krzemieniewo**

L.dz. 352/2013

Do wszystkich Wykonawców

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 14.000 euro na dostawę sprzętu do rehabilitacji dla SP ZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Centrum Rehabilitacji w Górznie wraz z montażem, instalacją, uruchomieniem oraz szkoleniem – zaproszenie z dnia 05 września 2013 r.

Wyjaśnienie nr 1 treści Zaproszenia z dnia 05 września 2013 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Centrum Rehabilitacji w Górznie, wyjaśnia treść szczegółowego opisu zamówienia na sprzęt do rehabilitacji stanowiącego załącznik nr 1 do Zaproszenia z dnia 05 września 2013 roku *do składania ofert na dostawę sprzętu do rehabilitacji dla SP ZOZ MSW Centrum Rehabilitacji w Górznie.*

PAKIET 2

Pytanie nr 1.

Czy Zamawiający wymaga, aby aparat posiadał Moc Impulsową 400 W / Ciągła 200 W?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, aby urządzenie wytwarzające impulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości spełniało dodatkowe cechy i parametry określone w w/w pytaniu.

Pytanie nr 2.

Czy Zamawiający wymaga, aby aparat posiadał programy terapeutyczne minimum 60?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, aby urządzenie wytwarzające impulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości spełniało dodatkowe cechy i parametry określone w w/w pytaniu.

Pytanie nr 3.

Czy Zamawiający wymaga, aby aparat posiadał kolorowy ekran dotykowy 5, 7" ułatwiający obsługę aparatu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, aby urządzenie wytwarzające impulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości spełniało dodatkowe cechy i parametry określone w w/w pytaniu.

Pytanie nr 4.

Czy Zamawiający wymaga, aby aparat posiadał możliwość tworzenia własnych programów użytkownika min. 100?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, aby urządzenie wytwarzające impulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości spełniało dodatkowe cechy i parametry określone w w/w pytaniu.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający wymaga aby aparat posiadał przycisk bezpieczeństwa pacjenta?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, aby urządzenie wytwarzające impulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości spełniało dodatkowe cechy i parametry określone w w/w pytaniu.

Jednakże Zamawiający dopuszcza, aby ww. urządzenie posiadało przycisk bezpieczeństwa pacjenta.

Pytanie nr 6.

Czy Zamawiający wymaga, aby aparat posiadał ramiona 6 przegubowe z pełną rotacją 360°?

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga, aby urządzenie wytwarzające impulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości spełniało dodatkowe cechy i parametry określone w w/w pytaniu.

Pytanie nr 7.

Czy Zamawiający dopuści aparat , który nie posiada dwóch niezależnych kanałów ale posiada 1 kanał indukcyjny oraz 2 kanały kondensatorowe z – możliwością podłączenia dwóch aplikatorów jednocześnie ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, aby urządzenie wytwarzające impulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości wskazane w załączniku nr 1 pn. „Szczegółowy opis zamówienia sprzętu do rehabilitacji dla SP ZOZ MSW Centrum Rehabilitacji w Górznie” do Zaproszenia z dnia 05.09.2013 r. posiadało 1 kanał indukcyjny oraz 2 kanały kondensatorowe z możliwością podłączenia dwóch aligatorów jednocześnie.

Z poważaniem,

DYREKTOR
SP ZOZ MSW CENTRUM REHABILITACJI
w GÓRZNIE

mgr Magdalena Wilk

Górzno, 10.09.2013 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SP ZOZ MSW Centrum Rehabilitacji
w Górznie

mgr Maria Klimasz