

Górzno, dnia 12.09.2013 r.

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
Centrum Rehabilitacji w Górznie
Górzno 63
64-120 Krzemieniewo**

L.dz. *360*...../ 2013

Do wszystkich Wykonawców

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 14.000 euro na dostawę sprzętu do rehabilitacji dla SP ZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Centrum Rehabilitacji w Górznie wraz z montażem, instalacją, uruchomieniem oraz szkoleniem – zaproszenie z dnia 05 września 2013 r.

Wyjaśnienie nr 4 treści Zaproszenia z dnia 05 września 2013 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Centrum Rehabilitacji w Górznie, wyjaśnia treść szczegółowego opisu zamówienia na sprzęt do rehabilitacji stanowiącego załącznik nr 1 do Zaproszenia z dnia 05 września 2013 roku *do składania ofert na dostawę sprzętu do rehabilitacji dla SP ZOZ MSW Centrum Rehabilitacji w Górznie.*

PAKIET 2

Pytanie nr 1.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania przenośne urządzenie nie wymagające umieszczenia w osobnym pomieszczeniu, stosowania dodatkowych zabezpieczeń typu siatka Faradaya o następujących parametrach technicznych:

- sterowanie mikroprocesowe
- wyświetlacz ciekłokrystaliczny
- generowanie prądu zmiennego wysokiej częstotliwości 1MHz metodą kondensatorową,
- długość fali 300 m,
- dwie głowice zabiegowe,
- waga urządzenia 7 kg,
- zasilanie 230V 50Hz
- wózek jezdny

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje zmian cech i parametrów urządzenia wytwarzającego impulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości na wyżej wymienione.

Z poważaniem,
GŁÓWNY KSIĘGOWY
SP ZOZ MSW Centrum Rehabilitacji
w Górznie

Maria Klimas
mgr Maria Klimas