

Górzno, dnia 19 maja 2014 roku

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW
Centrum Rehabilitacji w Górznie
Górzno 63
64-120 Krzemieniewo**

Do wszystkich Dostawców

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu do rehabilitacji wraz z montażem, instalacją, uruchomieniem oraz szkoleniem personelu.

Wyjaśnienie treści SIWZ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW Centrum Rehabilitacji w Górznie, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu do rehabilitacji wraz z montażem, instalacją, uruchomieniem oraz szkoleniem personelu.

I. Pytania dot. Pakietu nr 1

Pytanie 1: dot. Pakietu nr 1: urządzenie do terapii falami uderzeniowymi.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie do terapii radialną falą uderzeniową z wykorzystaniem balistycznych impulsów wysokoenergetycznych o następujących parametrach:

- fala uderzeniowa – balistyczna, radialna
- generator elektromagnetyczny
- poziomy energii od 50 do 185 mJ
- częstotliwość impulsów od 1 do 22 Hz
- tryb impulsowy do terapii punktów spustowych (trigger-points)
- licznik impulsów w przód z zaprogramowaniem liczby uderzeń
- licznik impulsów w tył z zaprogramowaniem liczby uderzeń
- menu wskazań z protokołami zabiegów
- aplikator trzymany jedną ręką
- sterowanie włączaniem i wyłączaniem poprzez wielokierunkowy włącznik nożny
- walizka aluminiowa mieszcząca urządzenie i osprzęt

- dawkowanie mocy co 10 mJ w zakresie 60-185 mJ
- 3 tryby impulsowe (16 Hz przy 4/8/12 impulsów)
- 7 programów użytkowania z możliwością regulacji parametrów zabiegu
- 25 ilustrowanych zaleceń do wyboru
- kolorowy ekran dotykowy 8" do wszystkich operacji programowania
- pokrętła do ustawienia energii i częstotliwości
- pamięć/aktualizacja Karta SD (1 GB) do menu wskazań, ulubione i adaptacyjne (120 wpisów); pamięć błędów/aktualizacja oprogramowania firmowego
- wymiary 322 x 235 x 130 mm (dł./szer./wys.)
- waga 2,7 kg (bez aplikatora)

Aplikator fali uderzeniowej

- generator elektromagnetyczny, wbudowany
- wymiary 23 cm długość, 5 cm średnica (max.)
- waga 0,85 kg
- żywotność generatora fali minimum 2.000.000 uderzeń
- nasadki aplikatora o średnicy 6/15(x2)/25 mm, wymiana bez użycia narzędzi
- 10 niebieskich silikonowych nakładek ochronnych

Wyposażenie

- wózek do aparatu na czterech kółkach (dwa z blokadą) ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści do przetargu urządzenie do terapii falami uderzeniowymi o parametrach opisanych powyżej w pytaniu 1.

Pytanie 2: dot. Pakietu nr 1: urządzenie do terapii falami uderzeniowymi.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zamiast urządzenia do terapii falami uderzeniowymi urządzenia równoważnego, o konkurencyjnej cenie, ważące 42 kg, o wymiarach 42 x 56 x 110 cm (dł./szer./wys.), z bazą wbudowanych programów na jednostki chorobowe ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści urządzenia innego (równoważnego) niż urządzenie do terapii falami uderzeniowymi, które nie spełnia cech i parametrów określonych w SIWZ z uwzględnieniem dopuszczenia urządzenia do terapii falami uderzeniowym o parametrach określonych w niniejszych wyjaśnieniach.

Pytanie 3: dot. Pakietu nr 1: urządzenie do terapii falami uderzeniowymi.

Czy Zamawiający odstąpi od przeprowadzenia szkolenia w zakresie techniczno-serwisowym oraz dostarczenia dokumentacji techniczno-serwisowej?

Odpowiedź:

Wymogi dotyczące między innymi przeszkolenia personelu medycznego z obsługi urządzenia i wymaganej przez producenta konserwacji określa SIWZ i wymogi te pozostają niezmiennione.

Pytanie 4: dot. Pakietu nr 1: urządzenie do terapii falami uderzeniowymi.

Jaki jest wymagany okres gwarancji na urządzenie do terapii falami uderzeniowymi z uwagi na rozbieżności pomiędzy postanowieniami SIWZ (pkt. 3.2.5) i umowy a postanowieniami szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia ?

Odpowiedź:

Wymagany okres gwarancji wynosi 36 miesięcy. W związku w tym postanowienie dotyczące okresu gwarancji w pkt. 20 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia na dostawę sprzętu do rehabilitacji (pakiet nr 1 – urządzenie do terapii falami uderzeniowymi) ulega zmianie i otrzymuje brzmienie: „Gwarancja minimum 36 miesięcy liczona od daty zakupu”.

Pytanie 5: dot. Pakietu nr 1: urządzenie do terapii falami uderzeniowymi.

Czy Zamawiający pod pojęciem „dni robocze” ma na myśli dni od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy) ?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 6: dot. Pakietu nr 1: urządzenie do terapii falami uderzeniowymi.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie do terapii falami uderzeniowymi o parametrach terapii przewyższającymi parametry wymagane w SIWZ, tzn. ciśnienie do 5 bar, częstotliwość do 31 Hz, gdzie zmiana ciśnienia odbywa się za pomocą pokrętki, natomiast częstotliwość wybierana jest za pomocą przycisków membranowych, a urządzenie posiada wyświetlacz typu LED (ciśnienie, częstotliwość, ilość uderzeń) bez możliwości definiowania własnych programów terapeutycznych (encyklopedia terapeutyczna z kolorowymi rysunkami anatomicznymi oraz gotowe programy terapeutyczne są formie papierowej i skryptu) ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści do przetargu urządzenie do terapii falami uderzeniowymi o parametrach opisanych powyżej w pytaniu 6.

Pytanie 7: dot. Pakietu nr 1: urządzenie do terapii falami uderzeniowymi.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie do terapii falami uderzeniowymi składające się z dwóch elementów: jednostki głównej o wadze 6,5 kg oraz kompresora o wadze 14,1 kg, oba elementy o wymiarach 165 x 340 x 340 (wys./szer./dł.) ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści do przetargu urządzenia o cechach i parametrach opisanych powyżej w pytaniu 7.

Pytanie 8: dot. Pakietu nr 1: urządzenie do terapii falami uderzeniowymi.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie do terapii falami uderzeniowymi o wadze 9,5 kg i wymiarach 165 x 340 x 340 mm (wys./szer./dł.) ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści do przetargu urządzenie do terapii falami uderzeniowymi o parametrach opisanych powyżej w pytaniu 8.

Pytanie 9: dot. Pakietu nr 1: urządzenie do terapii falami uderzeniowymi.

Czy Zamawiający będzie wymagał dodatkowej głowicy wibracyjnej o częstotliwości pracy do 31 Hz ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie będzie wymagał dodatkowej głowicy wibracyjnej o parametrach opisanych powyżej w pytaniu 9.

II. Pytania dot. Pakietu nr 3

Pytanie 1: dot. Pakietu nr 3: urządzenie do terapii ruchowej napędzane silnikiem, oprogramowane komputerowo.

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rotor, którego:

- obejmą na stopy nie są wyściełane, lecz metalowe ?
- metalowa prowadnica na podudzia w miejscu styku z kończynami pacjenta jest amortyzowana miękką pelotą, zamiast wyściółki, przy jednoczesnej stabilizacji podudzi przy pomocy pasków rzepowych ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści urządzenia do terapii ruchowej, które nie spełnia cech i parametrów określonych w SIWZ. Cechy i parametry określone w Pakiecie nr 3: urządzenie do terapii ruchowej wskazane w SIWZ pozostają niezmienione.

Pytanie 2: dot. Pakietu nr 3: urządzenie do terapii ruchowej napędzane silnikiem, oprogramowane komputerowo.

„Czy menu obrazkowe umożliwiające regulację wszystkich parametrów urządzenia kwalifikuje się jako „automatyczna instrukcja obsługi” (poz. 5) ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści do przetargu urządzenie do terapii ruchowej z menu obrazkowym umożliwiającym regulację wszystkich parametrów tego urządzenia.

III. Pytania dot. Umowy

Pytanie 1: dot. Umowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do 1% (§ 5 ust. 3 Umowy) ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kary umownej. Wysokość kary umownej określona w Umowie pozostaje niezmienną.

Pytanie 2: dot. Umowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do 0,1% (§ 5 ust. 4 Umowy) ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kary umownej. Wysokość kary umownej określona w Umowie pozostaje niezmienną.

Pytanie 3: dot. Umowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy (§ 2 ust. 1 Umowy i pkt. 4 SIWZ) ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy (§ 2 ust. 1 Umowy i pkt. 4 SIWZ).

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmienną.

.....
Zamawiający
Magdalena Wilk
Dyrektor