

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:**

**SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA: szt. 20.**

L.p.	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne)	Wymogi dot. w/w przedmiotu zamówienia	Parametry oferowanego w/w sprzętu (wypełnia Wykonawca)*
1	2	3	4
1.	Nazwa oferowanego urządzenia: Producent: Typ: Rok produkcji:	Tak podać	
2.	Korpus szafki wykonany z profili aluminiowych. Ramki szuflad oraz boki korpusu wykonane z ocynkowanej stali pokrytej lakierem poliestrowo-epoksydowym. Błat szafki oraz czoła szuflad wykonane z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL (o grubości min. 6 mm).	Tak podać	
3.	Tylna część blatu szafki wyposażona w aluminiowy reling posiadający tworzywowy haczyk na ręcznik oraz tworzywowy uchwyt na szklanę z możliwością demontażu oraz przesuwania na całej jego długości. Boczne krawędzie blatu szafki zabezpieczone aluminiowe listwy w kształcie litery C.	Tak	
4.	Szuflada górna wyposażona w odejmowany tworzywowy (ABS) wkład ułatwiający mycie i dezynfekcję z podziałem na 3 części. Wysokość szuflady min. 110 mm. Szuflada wysuwana spod górnego blatu szafki na prowadnicach rolnikowych umożliwiające ciche i łatwe wysuwanie i domykanie.	Tak podać	
5.	Szafka składająca się z dwóch szuflad, pomiędzy szufladami półka na prasę o wysokości min. 150 mm. – dostęp do półki od frontu szafki.	Tak podać	
6.	Szuflada dolna wyposażona w odejmowany tworzywowy (ABS) wkład łatwy do mycia i dezynfekcji dzielący wewnątrz szuflady na 3 części. Jedna z części ma pełnić funkcję uchwytu na 2 butelki o pojemności min. 1,5 l, uchwyt na butelki z możliwością jego demontażu. Wysokość szuflady min. 350 mm. Szuflada wyposażona w prowadnice rolnikowe umożliwiające ciche i łatwe wysuwanie i domykanie.	TAK podać	
7.	Wymiary zewnętrzne: - wysokość - 900 mm (± 20mm)	TAK podać	

	- szerokość szafki - 460 mm (± 20mm) - głębokość - 470 mm (± 20mm)		
8.	Pod dolną szufladą półka na rzeczy podręczne pacjenta (np. obuwie) wykonana z tworzywa ABS. Dostęp do półki tylko od frontu szafki	TAK	
9.	Czoła szuflad zaopatrzone w uchwyty w kolorze stalowym.	TAK	
10.	Konstrukcja szafki przystosowana do zamontowania w przyszłości blatu bocznego bez użycia narzędzi i bez konieczności przeróbek konstrukcyjnych.	TAK	
11.	Szafka wyposażona w 4 podwójne koła jezdne w tym min. 2 z blokadą, o śr. min. 50 mm z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem.	TAK podać	
12.	Konstrukcja szafki przystosowana do dezynfekcji środkami dopuszczonymi do użycia w szpitalach	TAK	
13.	Możliwość wyboru kolorów frontów szuflad oraz blatów oraz możliwość wyboru koloru ramy szafki w tym kolor szary.	TAK podać	
14.	- WPIS do Rejestru Wyrobów Medycznych, - Certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami, Certyfikat ISO 13485:2003 potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych.	Tak	
15.	Gwarancja min. 36 miesięcy	Tak	Proponowany okres gwarancji: .....
16.	Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat	Tak	
17.	Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat	Tak	
18.	Czas reakcji serwisu max. 72 godz. robocze	Tak	

**\*Kolumnę nr 4 wypełnia Wykonawca. W kolumnie nr 4 pod pozycjami od 3, 8-10, 12,14, 16-18 należy wpisać TAK lub NIE.**

**Wypełniony załącznik nr 1a do SIWZ stanowi jednocześnie załącznik nr 1a do Formularza ofertowego.**

.....  
data sporządzenia załącznika  
do Formularza ofertowego

.....  
(podpis + pieczętka osoby upoważnionej  
do złożenia oferty)