

Górzno, dnia 08.12.2016 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW
Centrum Rehabilitacji w Górznie
Górzno 63
64-120 Krzemieniewo
L.dz. 50-2375-781/2016

Do Wszystkich Wykonawców

WYJAŚNIENIE NR 2

W odpowiedzi na złożone zapytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 08.12.2016 r. dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia – zaproszenie do składania ofert na dostawę aparatu do przerywanej kompresji pneumatycznej z dnia 05.12.2016 r. (dostawa o wartości nie przekraczającej 30.000 euro), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 1.

Co Zamawiający rozumie przez aplikator w pytaniu nr.1?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Przez aplikator zamawiający rozumie mankiet na kończynę górną i/lub kończynę dolną.

Pytanie nr 2.

Co Zamawiający rozumie w pytaniu nr. 3 „mankiety w wyposażeniu lub dostępne opcjonalnie”? Mankiety są do użytku dla jednego pacjenta przez okres leczenia i są dostępne dodatkowo.

Odpowiedź na pytanie nr 2

W skład zestawu aparatu powinien wchodzić jeden mankiet do kończyny górnej oraz jeden mankiet do kończyny dolnej.

Pytanie nr 3.

Czy Zamawiający dopuści aparat do przerywanej kompresji pneumatycznej, w którym wartość ciśnienia wytwarzanego przez pompę w jest domyślna i zależy od rodzaju wybranego mankietu?

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający nie dopuści w/w aparatu.

Pytanie nr 4.

Czy Zamawiający dopuści aparat do przerywanej kompresji pneumatycznej gdzie program dobierany jest automatycznie (sekwencyjny lub jednorodny) po podłączeniu odpowiedniego mankietu?

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający nie dopuści w/w aparatu.

Pytanie nr 5.

Czy Zamawiający dopuści aparat do przerywanej kompresji pneumatycznej, który posiada licznik czasu pracy urządzenia zamiast regulacji ilości cyklu? Aparat posiada funkcję zatrzymania pracy po naciśnięciu jednego przycisku na panelu.

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający nie dopuści w/w aparatu.

DYREKTOR
SP ZOZ MSW CENTRUM REHABILITACJI
w GĄRZNI

mgr Magdalena Wilk

.....
Zamawiający