

Górzno, dnia 31 października 2017 r.

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji**

Centrum Rehabilitacji w Górznie

Górzno 63

64-120 Krzemieniewo

Dr-50.2375-535/2017

Do Wszystkich Wykonawców

WYJAŚNIENIE NR 2 TREŚCI SIWZ

W odpowiedzi na złożone zapytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu **30.10.2017 r.** dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, opublikowanego w dniu 26.10.2016 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych, pod nr 608042-N-2017, nazwa zamówienia: „**Dostawa łóżek rehabilitacyjnych wraz z oprzyrządowaniem i stolikami przyłóżkowymi**” na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w w/w postępowaniu.

Pakiet nr 1 – łóżka rehabilitacyjne wraz z oprzyrządowaniem

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym rama leża umiejscowiona jest pod segmentami leża z kształtowników stalowych o wymiarach 5 cm x 2 cm ?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne, w którym konstrukcja będzie wykonana z kształtowników stalowych o wymiarach 5 cm x 2 cm.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją kąta segmentu uda, w zakresie: 0° - 35° ?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne z regulacją kąta segmentu uda w zakresie 0° - 35°.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści łóżko bez funkcji autoregresji pleców ?

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający dopuści łóżka rehabilitacyjne posiadające funkcję autoregresji, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (vide: pkt. 15 załącznika nr 1a do SIWZ) i nie przewiduje odstępstw od SIWZ w tym zakresie.

Łóżko rehabilitacyjne nie posiadające funkcji autoregresji nie spełnia wymagań SIWZ i nie zostanie dopuszczone.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym szerokość całkowita ma wymiary: 1030 mm ?

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający dopuści łóżka rehabilitacyjne o wymiarach zewnętrznych określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (vide: pkt. 2 załącznika nr 1a do SIWZ) i nie przewiduje odstępstw od SIWZ w tym zakresie.

Łóżko rehabilitacyjne o szerokości całkowitej określonej w pytaniu nr 4 nie spełnia wymagań SIWZ i nie zostanie dopuszczone.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym elektryczna regulacja wysokości leża wynosi: 420 mm – 820 mm ?

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne, w którym elektryczna regulacja wysokości leża wynosi 420 mm – 820 mm.

Pakiet nr 2 – Stoliki przyłóżkowe

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści szafkę o wysokości 800 mm ?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający dopuści stolik przyłóżkowy o wysokości 800 mm.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści szafkę o szerokości stolika 430 mm ?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający dopuści stolik przyłóżkowy o szerokości 430 mm.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści szafkę o głębokości 430 mm ?

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający dopuści stolik przyłóżkowy o głębokości 430 mm.


Pytanie nr 4

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania i dołączenia do oferty certyfikatu ISO 13485:2003 ?
Oferowane wyroby medyczne łóżka szpitalne, szafki przyłóżkowe i materace posiadają deklarację zgodności CE oraz zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych, co potwierdza spełnianie europejskich norm zharmonizowanych dotyczących wyrobów medycznych. Obowiązująca ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Dz. U. nr 107, poz. 679 i wydane przez Ministra Zdrowia związane z nią rozporządzenia nie nakłada na wytwórców produkujących wyroby medyczne klasy I obowiązku posiadania przez wytwórców w/w certyfikatu.

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający nie przewiduje odstępstw od wymagań określonych w pkt. 9 załącznika nr 1b do SIWZ.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmienną.

DIREKTOR
SP ZOZ MSWIAŁOŚCIUM REHABILITACJI
W GÓRZNI

mgr Magdalena Wilk

.....

Zamawiający