

Górzno, dnia 29.10.2018 r.

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Centrum Rehabilitacji w Górznie
Górzno 63
64-120 Krzemieniewo**

DZ-DF-511/2018

Do wszystkich Wykonawców

dot. postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania cenowego „Dostawa ergospirometru i cykloergometru dla SP ZOZ MSWiA Centrum Rehabilitacji w Górznie.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA Centrum Rehabilitacji w Górznie, w postępowaniu o udzielenie zamówienia, na „Dostawa ergospirometru i cykloergometru dla SP ZOZ MSWiA Centrum Rehabilitacji w Górznie”, zawiadamia:

1. o wykonawcach, którzy złożyli oferty:

Oferta nr 1.

E-mocja Sp. z o.o.

ul. Złota 61, lok.100; 00-819 Warszawa

Zaproponowana cena brutto ogółem: 94.500,00 zł.

Oferta nr 2.

MES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Krakowska 87, 32-050 Skawina

Zaproponowana cena brutto ogółem: 97.956,00 zł.

Oferta nr 3.

BTL Polska Sp. z o.o.

ul. Leonidasa 49, 02-239 Warszawa

Zaproponowana cena brutto ogółem: 97.013,00 zł.

2. o wykonawcach, których oferta została odrzucona:

Na podstawie pkt. 10 ppkt. b) zapytania cenowego Zamawiający odrzucił ofertę złożoną przez E-mocja Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 61, lok.100, 00-819 Warszawa, ponieważ złożona oferta nie spełnia warunków Zapytania cenowego, tj. zaofertowany

ergospirometr nie spełnia wymagań szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1a do Zapytania cenowego z dnia 17.10.2018r.) w następujących punktach:

- pkt 4 załącznika nr 1a do Zapytania cenowego – zaoferowane urządzenie nie posiada wózka z miejscem na każdy element systemu z 4 blokowanymi kółkami,
- pkt 7 załącznika nr 1a do Zapytania cenowego – zaoferowane urządzenie nie posiada analizatora montowanego na ruchomym ramieniu,
- pkt 5 załącznika nr 1a do Zapytania cenowego – zaoferowane urządzenie nie posiada pompy kalibracyjnej stabilnie przymocowanej do wózka (pompa w torbie).

3. o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Wybrana została oferta złożona przez:

BTL Polska Sp. z o.o.

ul. Leonidasa 49, 02-239 Warszawa

DYREKTOR
SP ZDZ MŚWIŁO CENTRUM REHABILITACJI
w WARSZAWIE

mgr Magdalena Wilk

.....
Zamawiający

Sporządził:
Maria Klimasz