

Górzno, dnia 23.10.2018 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA  
Centrum Rehabilitacji w Górznie  
Górzno 63  
64-120 Krzemieniewo

DZ-50-476/2018

## Do Wszystkich Wykonawców

### WYJAŚNIENIA NR 1

W odpowiedzi na złożone zapytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu **19.10.2018 r.** dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania cenowego z dnia 17.10.2018 r. na „Dostawę ergospirometru i cykloergometru dla SP ZOZ MSWiA Centrum Rehabilitacji w Górznie”, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami.

#### Pytanie nr 1 (dotyczy ergospirometru)

Czy zamawiający wymaga dostarczenia urządzenia do oznaczania/pomiarów parametrów gazometrycznych z krwi, czy jedynie możliwości wprowadzania wyników gazometrii do programu ergospirometrycznego w celu dokładniejszej analizy wyników tego badania ?

Czy Zamawiający wymaga 12-kanałowego modułu EKG próby wysiłkowej elektrokardiograficznej ?

#### **Odpowiedź na pytanie nr 1**

Zamawiający nie wymaga dostarczenia urządzenia do oznaczania/pomiarów parametrów gazometrycznych z krwi.

Zamawiający wymaga 12-kanałowego modułu EKG próby wysiłkowej elektrokardiograficznej.

#### Pytanie nr 2 (dotyczy ergospirometru)

Czy zamawiający dopuści stosowanie jednorazowych butli o pojemności wodnej 1l zawierającej 12l gazu kalibracyjnego, co starcza na ok. 1 rok eksploatacji systemu ergospirometrycznego ?

### **Odpowiedź na pytanie nr 2**

Zamawiający nie dopuści urządzenia, które nie spełnia parametrów opisanych w pkt. 6 załącznika nr 1a do Zapytania cenowego (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – ergospirometr), a zatem Zamawiający nie dopuści stosowania butli o parametrach opisanych w w/w pytaniu.

### **Pytanie nr 3 (dotyczy ergospirometru)**

Czy zamawiający dopuści alternatywnie, w naszej ocenie bardziej uniwersalne rozwiązanie polegające na bezprzewodowej łączności Bluetooth ergospirometru z systemem komputerowym pozwalające ustawić ergospirometr w znacznej odległości od wózka, a nie tylko na długość ruchomego ramienia ?

### **Odpowiedź na pytanie nr 3**

Zamawiający nie dopuści urządzenia, które nie spełnia parametrów opisanych w pkt. 7 załącznika nr 1a do Zapytania cenowego (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – ergospirometr), a zatem Zamawiający nie dopuści urządzenia bez analizatora montowanego na ruchomym ramieniu.


### **Pytanie nr 4 (dotyczy ergospirometru)**

Czy Zamawiający dopuści najwyżej oceniany przez VACUMED (USA) producenta aparatów do kalibracji ergospirometrów cyfrowy przepływomierz optoelektroniczny w formie turbinki spirometrycznej ?

### **Odpowiedź na pytanie nr 4**

Zamawiający nie dopuści urządzenia, które nie spełnia parametrów opisanych w pkt. 10 załącznika nr 1a do Zapytania cenowego (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – ergospirometr).

W pozostałym zakresie załącznik nr 1a do Zapytania cenowego pozostaje niezmienny.

  
Dystrybutor  
SP ZOZ MSWiA CENTRUM REHABILITACJI  
w GURZNE  
mgr Magdalena Wilk

---

Zamawiający