

Górzno, dnia 23.10.2018 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA  
Centrum Rehabilitacji w Górznie  
Górzno 63  
64-120 Krzemieniewo

22-50-477/2018

## Do Wszystkich Wykonawców

### WYJAŚNIENIA NR 2

W odpowiedzi na złożone zapytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu **22.10.2018 r.** dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania cenowego z dnia 17.10.2018 r. na „Dostawę ergospirometru i cykloergometru dla SP ZOZ MSWiA Centrum Rehabilitacji w Górznie”, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz odpowiedziami.

#### Pytanie nr 1 (dotyczy ergospirometru)

Czy zamawiający dopuści analizator montowany na wózku, łącznie z systemem PC ?

#### **Odpowiedź na pytanie nr 1**

Zamawiający nie dopuści urządzenia, które nie spełnia parametrów opisanych w pkt. 7 załącznika nr 1a do Zapytania cenowego (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – ergospirometr), a zatem Zamawiający nie dopuści urządzenia bez analizatora montowanego na ruchomym ramieniu.

#### Pytanie nr 2 (dotyczy ergospirometru)

Czy zamawiający dopuści urządzenie posiadające przewód wentylacyjny pacjent – analizator o długości 4 m ?

#### **Odpowiedź na pytanie nr 2**

Zamawiający dopuści urządzenie posiadające przewód wentylacyjny pacjent – analizator o maksymalnej długości 4 m.

**Pytanie nr 3 (dotyczy cykloergometru)**

Czy zamawiający dopuści urządzenie posiadające wejście/wyjście elektryczne RS-232 ?

**Odpowiedź na pytanie nr 3**

Zamawiający nie dopuści urządzenia, które nie spełnia parametrów opisanych w pkt. 9 załącznika nr 1b do Zapytania cenowego (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – cykloergometr).

**Pytanie nr 4 (dotyczy cykloergometru)**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z możliwością ręcznej modyfikacji fabrycznie zaprogramowanych protokołów wysiłkowych, bez możliwości programowania nowych protokołów ?

**Odpowiedź na pytanie nr 4**

Zamawiający nie dopuści urządzenia, które nie spełnia parametrów opisanych w pkt. 11 załącznika nr 1b do Zapytania cenowego (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – cykloergometr).

W pozostałym zakresie załączniki nr 1a i nr 1b do Zapytania cenowego pozostają niezmienione.

BYREATOR  
SP ZOZ MSWIA CENTRUM REHABILITACJI  
W GÓRZNI  
  
mgr Magdalena Wilk

---

Zamawiający