

Górzno, dnia 26.10.2018 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA  
Centrum Rehabilitacji w Górznie  
Górzno 63  
64-120 Krzemieniewo

Dz-50 - 499/2018

## Do Wszystkich Wykonawców

### WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SIWZ

W odpowiedzi na złożone zapytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu **25.10.2018 r.** dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, opublikowanego w dniu 23.10.2018 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych, pod nr 639553-N-2018, nazwa zamówienia: „**Dostawa urządzenia do reedukacji chodu – egzoszkielet**”, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami.

#### Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści egzoszkielet z maksymalnym obciążeniem 113 kg ?

#### **Odpowiedź na pytanie nr 1**

Zamawiający dopuści egzoszkielet z maksymalnym obciążeniem 113 kg.

#### Pytanie nr 2


Czy Zamawiający dopuści egzoszkielet do terapii pacjentów z minimalnym wzrostem 155 cm ?

#### **Odpowiedź na pytanie nr 2**

Zamawiający nie dopuści egzoszkieletu, który nie spełnia parametru w zakresie minimalnego wzrostu pacjenta (załącznik nr 1 do SIWZ – pkt. 6), a zatem Zamawiający nie dopuści egzoszkieletu do terapii pacjentów z minimalnym wzrostem 155 cm.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje  
niezmieniona.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
SP ZOZ MłWA Centrum Rehabilitacji  
w Góznie

  
mgr Maria Kitma

Zamawiający