

Górzno, dnia 26.10.2018 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Centrum Rehabilitacji w Górznie
Górzno 63
64-120 Krzemieniewo

07-50-500/2018

Do Wszystkich Wykonawców

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ

W odpowiedzi na złożone zapytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu **26.10.2018 r.** dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, opublikowanego w dniu 23.10.2018 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych, pod nr 639553-N-2018, nazwa zamówienia: „**Dostawa urządzenia do reedukacji chodu – egzozkielet**”, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wymaga, aby dostarczane urządzenie posiadało oprócz wymienionych elementów: miednicy, elementu uda – (lewy i prawy) o regulowanej długości, elementu podzgia (lewy i prawy) o regulowanej długości, prowadnic stawu skokowego, posiadał stałe połączenie pomiędzy tułowiem a biodrem, aby uzyskać odpowiednie wsparcie dla kręgosłupa na całej długości tułowia co znacząco zwiększy wachlarz jednostek chorobowych pacjentów, którzy będą mogli skorzystać z terapii na urządzeniu ?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Minimalne parametry (funkcje) egzozkieletu wymagane przez Zamawiającego określa szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.

Zamawiający dopuści egzozkielet, który posiada stałe połączenie pomiędzy tułowiem a biodrem, aby uzyskać odpowiednie wsparcie dla kręgosłupa na całej długości tułowia.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało możliwość treningu na różne sposoby, w tym: wyzwalanie kroków z interfejsu terapeuty, wyzwalanie kroków z interfejsu pacjenta, wyzwalanie kroków przez odpowiedni balans ciałem, jak również technologię automatycznego pomiaru siły z jaką oddziałuje pacjent i dopasowania do tego siły wspomagania pacjenta w czasie rzeczywistym, co znacznie rozbudowuje możliwości terapii z odpowiednim dla stanu danego pacjenta stopniem trudności zwiększając tym samym bezpieczeństwo terapii oraz jej efektywność ?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Minimalne parametry (funkcje) egzoszkieletu wymagane przez Zamawiającego określa szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.

Zamawiający dopuści egzoszkielet, który posiada funkcje opisane powyżej w pytaniu nr 2.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które umożliwi ze względów bezpieczeństwa pracy terapeuty z pacjentem, terapię pacjentów o wadze 100 kg, w zakresie wzrostu pomiędzy 150 – 194 cm, z regulacją szerokości miednicy do 46 cm ?

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający dopuści egzoszkielet o maksymalnej wadze do 100 kg. Zamawiający wymaga, aby egzoszkielet spełniał parametr w zakresie minimalnego wzrostu pacjenta (załącznik nr 1 do SIWZ – pkt. 6), a zatem Zamawiający dopuści egzoszkielet do terapii pacjentów z minimalnym wzrostem 150 cm.

Zamawiający dopuści egzoszkielet z regulacją miednicy do 46 cm.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający wymaga, aby w celu usprawnienia pracy i szybszego dopasowania urządzenia do kolejnych pacjentów, urządzenie posiadało blokowane i regulowane stawy biodrowe w zakresie przywodzenia/odwodzenia, aby umożliwić łatwy transfer pacjenta ?

Odpowiedź na pytanie nr 4

Minimalne parametry (funkcje) egzozszkieletu wymagane przez Zamawiającego określa szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.

Zamawiający dopuści egzozszkielet, który posiada funkcje opisane powyżej w pytaniu nr 4.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający wymaga, aby w celu zwiększenia efektywności treningu chodu, urządzenie posiadało możliwość mechanicznej regulacji sztywności stawu skokowego w celu właściwej amortyzacji stopy podczas fazy podporu ?

Odpowiedź na pytanie nr 5

Minimalne parametry (funkcje) egzozszkieletu wymagane przez Zamawiającego określa szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.

Zamawiający dopuści egzozszkielet, który posiada funkcje opisane powyżej w pytaniu nr 5.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający wymaga, aby w celu zapewnienia kompleksowości i ciągłości procesu rehabilitacji urządzenie posiadało też funkcje pozwalające na trening równowagi, trening przygotowujący do ciągłego chodu poprzez wykonywanie wykroków i przysiadów ?

Odpowiedź na pytanie nr 6

Minimalne parametry (funkcje) egzozszkieletu wymagane przez Zamawiającego określa szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.

Zamawiający dopuści egzozszkielet, który posiada funkcje opisane powyżej w pytaniu nr 6.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmienniona.

DYREKTOR
SP ZOZ MSWiA CENTRUM REHABILITACJI
w KATOWICACH
mgr Magdalena Wilk

Zamawiający