

Górzno, dnia 29.10.2018 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA  
Centrum Rehabilitacji w Górznie  
Górzno 63  
64-120 Krzemieniewo  
LD-DF-503/2018

## Do Wszystkich Wykonawców

### WYJAŚNIENIA NR 3 TREŚCI SIWZ

W odpowiedzi na złożone zapytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu **29.10.2018** r. dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, opublikowanego w dniu 23.10.2018 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych, pod nr 639553-N-2018, nazwa zamówienia: „**Dostawa urządzenia do reedukacji chodu – egzoszkielet**”, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), Zamawiający wyjaśnia jak niżej.

Zamawiający wyjaśnia, iż w pkt. 6 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia – egzoszkielet, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ określił parametry w/w urządzenia dotyczące minimalnego wzrostu (150 cm) i maksymalnej wagi (115 kg).

W związku ze złożonymi zapytaniem, Zamawiający obniżył wymóg maksymalnej wagi, najpierw do 113 kg (vide: wyjaśnienia nr 1 do treści SIWZ), a następnie do 100 kg (vide: wyjaśnienia nr 2 do treści SIWZ). W związku z tym, niezasadny jest zarzut, iż Zamawiający w zakresie zmiany w/w parametru przychylił się do wniosku tylko jednego z ewentualnych Oferentów.

Natomiast, odnośnie wymogu dotyczącego minimalnego wzrostu, Zamawiający w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia określił, iż wymaga, aby urządzenie było dostosowane do pacjentów o minimalnym wzroście 150 cm i parametr ten – pomimo zapytań w tym zakresie – od momentu ogłoszenia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie uległ zmianie.

DYREKTOR  
SP 267 MSWiA CENTRUM REHABILITACJI  
GÓRZNO  
64-120 KRZEMIENIEWO

\_\_\_\_\_  
Zamawiający