

Górzno, dnia 26.10.2018 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Centrum Rehabilitacji w Górznie
Górzno 63
64-120 Krzemieniewo

Dz-50-498/2018

Do Wszystkich Wykonawców

WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SIWZ

W odpowiedzi na złożone zapytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu **25.10.2018 r.** dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, opublikowanego w dniu 23.10.2018 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych, pod nr 639764-N-2018, nazwa zamówienia: „**Dostawa urządzenia do rehabilitacji – bieżnia do rehabilitacji**”, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści bieżnię z regulacją w zakresie 12 km/h ?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający dopuści bieżnię z regulacją prędkości bieżni 0-12 km/h.

Pytanie nr 2

W związku z prowadzeniem rehabilitacji chodu z możliwością wyświetlania elementów na pasie bieżni, czy Zamawiający wymaga, aby powierzchnia chodu była większa niż 2,4 m długości ?

Odpowiedź na pytanie nr 2

W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (urządzenie do rehabilitacji – bieżnia do rehabilitacji) stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, Zamawiający nie określił wymagań co do powierzchni chodu.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje
niezmieniona.

GLÓWNA KSIĘGOWA
SP ZOZ MSWiA Centrum Rehabilitacji
w Łodzi
M. Klimasz
mer Maria Klimasz

Zamawiający