

Górzno, dnia 22.05.2019 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA  
Centrum Rehabilitacji w Górznie  
Górzno 63  
64-120 Krzemieniewo

### **Do Wszystkich Wykonawców**

#### **WYJAŚNIENIA NR 3 TREŚCI SIWZ**

W odpowiedzi na złożone zapytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu **21.05.2019** r. dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, opublikowanego w dniu 15.05.2019 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych, pod nr 547919-N-2019, nazwa zamówienia: **„Dostawa łóżek rehabilitacyjnych wraz z oprzyrządowaniem (w tym z materacami zmiennociśnieniowymi przeciwodleżynowymi) i szafkami przyłóżkowymi”**, na podstawie na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, zwana dalej ustawą Pzp), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami.

#### **Pytanie 1**

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w uchwyty materaca przy dwóch segmentach leża (po dwa uchwyty na każdą stronę, łącznie cztery) ?

#### **Odpowiedź na pytanie nr 1**

Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w uchwyty materaca przy dwóch segmentach leża (po dwa uchwyty na każdą stronę, łącznie cztery uchwyty).

#### **Pytanie 2**

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową bez wewnętrznej blokady drzwiczek?

#### **Odpowiedź na pytanie nr 2**

Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową bez wewnętrznej blokady drzwiczek.

**Pytanie 3**

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o głębokości (wraz z uchwytem do otwierania) 450 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

**Odpowiedź na pytanie nr 3**

Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o głębokości (wraz z uchwytem do otwierania) 450 mm.

**Pytanie 4**

Czy Zamawiający dopuści deklarację zgodności zamiast certyfikatu CE (atestu)? Deklaracja zgodności jest dokumentem właściwym dla wyrobów medycznych klasa I.

**Odpowiedź na pytanie nr 4**

Tak.

**Pytanie 5**

Czy Zamawiający dopuści Certyfikat ISO 13485 : 2016, co jest zgodne z obowiązującymi (aktualnymi) normami?

**Odpowiedź na pytanie nr 5**

Tak.

**Pytanie 6**

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z szufladą dwustronnie wysuwaną w górnej części, kontenerem zamykanym drzwiczkami (drzwiczki z obu stron szafki) oraz otwarta półka między szufladą, a kontenerem (z dostępem do niej z dwóch stron)?

**Odpowiedź na pytanie nr 6**

Tak.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmienną.

---

Zamawiający