

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Szafka przyłóżkowa: 15 sztuk

L.p.	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne)	Wymogi dot. w/w przedmiotu zamówienia	Parametry oferowanego w/w sprzętu (wypełnia Wykonawca)*
1	2	3	4
1.	Nazwa oferowanego urządzenia: Producent: Typ: Rok produkcji: 2019	TAK PODAĆ	
2.	Szkielet szafki wykonany z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV.	TAK	
3.	Błat główny wykonany z tworzywa HPL odpornego na wilgoć, dezynfekcję oraz promieniowanie UV, o grubości płyty minimum 6 mm. Jeden z boków szafki wyposażony w aluminiowy reling z tworzywowym wieszakiem na ręczniki oraz tworzywowym uchwytem na szklanę. Uchwyty z możliwością ich przesuwania na całej długości relingu.	TAK	
4.	Boczne krawędzie blatu szafki zabezpieczone aluminiowym relingiem w kształcie litery C.	TAK	
5.	Szafka składająca się z dwóch szuflad, pomiędzy szufladami półka na prasę o wysokości minimum 150 mm. – dostęp do półki z dwóch stron.	TAK PODAĆ	
6.	Szuflada zabezpieczona przed przypadkowym całkowitym wysunięciem	TAK	
7.	Wnętrze szuflady wypełnione wyjmowanymi wkładami z tworzywa z możliwością dezynfekcji	TAK	
8.	Drzwi szafki oraz fronty szuflad pokryte lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV.	TAK	
9.	Drzwi oraz szuflady szafki otwierane	TAK	

	dwustronnie umożliwiające ustawienie z prawej lub lewej strony łóżka		
10.	Wnętrze dolnej części szafki, podzielone na 2 części, poprzez wyciąganą metalową półkę, lakierowaną proszkowo oraz z możliwością regulacji wysokości.	TAK	
11.	Drzwi wyposażone w mechanizm samo domykający - magnes	TAK	
12.	Drzwi posiadające wewnętrzną blokadę z obydwu stron, umożliwiające zablokowanie ich w zależności od ustawienia szafki	TAK	
13.	Wymiary zewnętrzne: - szerokość szafki - 500 mm (\pm 20mm) - głębokość - 400 mm (\pm 20mm) - wysokość - 850 mm (\pm 20mm)	TAK PODAĆ	
14.	Cały bok szafki wyposażony wstawkę z tworzywa ABS przedzieloną półką. Część górna boku, wnęka z metalowym lakierowanym relingiem na prasę oraz część dolna z wyprofilowanymi (zaokrąglonymi) miejscami na butelki.	TAK	
15.	Koła jezdne podwójne w tym min. 2 z blokadą, z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem	TAK	
16.	Szafka przystosowana do mycia i dezynfekcji	TAK	
17.	Kolor frontów oraz konstrukcja z możliwością wyboru z minimum dwóch kolorów w tym szary. Błaty z możliwością wyboru kolorów z minimum pięciu kolorów.	TAK PODAĆ	
18.	<ul style="list-style-type: none"> • Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, • WPIS do Rejestru Wyrobów Medycznych, • Certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami, • Certyfikat ISO 13485:2003 potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych. 	TAK	
19.	Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres minimum 10 lat.	TAK	
20.	Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat.	TAK	
21.	Czas reakcji serwisu max. 72 godz. robocze	TAK	

***Kolumnę nr 4 wypełnia Wykonawca. W kolumnie nr 4 pod pozycjami od 2-4, 6-12, 14-16 i 18-21 należy wpisać TAK lub NIE.**

Wypełniony załącznik nr 1c do SIWZ stanowi jednocześnie załącznik do Formularza ofertowego.

.....
data sporządzenia załącznika
do Formularza ofertowego

.....
(podpis + pieczęć osoby upoważnionej
do złożenia oferty)