

Górzno, dnia 23.04.2021 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Centrum Rehabilitacji w Górznie
Górzno 63
64-120 Krzemieniewo

D2-50-2375-249/2021

Do Wszystkich Wykonawców

WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SWZ

W odpowiedzi na złożone zapytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu **22.04.2021 r.** dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym – bez negocjacji (art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), opublikowanego w dniu 21.04.2021 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych, pod nr 2021/BZP 00037374/01, nazwa zamówienia: „**Dostawa urządzeń do suchego masażu wodnego**”, na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 cyt. powyżej ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o lepszych parametrach jak niżej?

- o niższej wysokości 50 cm zamiast 60 cm
- o możliwym większym obciążeniu do 210 kg zamiast 160 kg
- z dwoma dyszami zamiast jednej
- o wysokim ciśnieniu aż 6,3 bara,
- o niższym zużyciu energii 2,8 kW zamiast 3 kW
- o wydajniejszym systemie chłodzenia

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający dopuści urządzenie o wysokości 50 cm (w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, Zamawiający określił maksymalną wysokość urządzenia 60 cm).

Zamawiający dopuści urządzenie o możliwym większym obciążeniu do 210 kg.

W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, Zamawiający nie określił wymagań co do ilości dysz.

Zamawiający wymaga, aby urządzenie miało regulację ciśnienia wody. Dla Zamawiającego wystarczające jest ciśnienie wody od 0,5 bara do 4 barów. Jeżeli urządzenie o ciśnieniu wody 6,3 bara posiada regulację ciśnienia wody pozwalającą na ustawienie tego ciśnienia w przedziale od 0,5 bara do 4 barów, to takie urządzenie zostanie dopuszczone.

Zamawiający dopuści urządzenie o zużyciu energii 2,8 kW (w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, Zamawiający określił maksymalny pobór energii 3 kW).

W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, Zamawiający nie określił wymagań co do wydajności systemu chłodzenia. Zamawiający określił, że urządzenie ma posiadać system chłodzenia przy pomocy wody i powietrza.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści urządzenie chłodzone w obiegu otwartym?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający nie dopuści urządzenia w obiegu otwartym. W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, Zamawiający określił, że urządzenie ma posiadać system chłodzenia wody w obiegu zamkniętym.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści urządzenie umożliwiające wykonanie masażu: przeciwbieżnego, równoległego, okrężnego, liniowego?

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający dopuści urządzenie umożliwiające wykonanie masażu: przeciwbieżnego, równoległego, okrężnego, liniowego.


Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach: 50 x 103 x 212 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach: 50 x 103 x 212 cm, z tym zastrzeżeniem, iż w/w wymiary są wymiarami minimalnymi. Zamawiający nie dopuści urządzenia o mniejszych wymiarach.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

DIREKTOR
SP ZOZ MGWA CENTRUM REHABILITACJI
W OLSZTYNIE

mgr Magdalena Wilk

Zamawiający